



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

WAG-2375-28.....²⁹⁹¹106/16

Szczecin, dnia 30 czerwca 2016 r.

WYJAŚNIENIE nr 2

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa aparatu USG dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej – cenę ryczałtową w zakresie świadczenia jednej pogwarancyjnej usługi serwisowej, która będzie obowiązywać przez okres 3 lat po upływie okresu gwarancji w kwocie”, ma na myśli jednorazowy przyjazd i wykonanie technicznego przeglądu serwisowego bądź weryfikację uszkodzenia urządzenia.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że warunki dot. serwisowania pogwarancyjnego zamawianego urządzenia oraz warunki dot. wynagrodzenia przysługującego z tytułu świadczenia tej usługi przez Wykonawcę zostały szczegółowo uregulowane w udostępnionej wcześniej dokumentacji przetargowej. Właściwe zapisy SIWZ zostają przez Zamawiającego podtrzymane.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę convex o kącie obrazowania w trybie B wynoszącym 58° ?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów techniczno – użytkowych ultrasonografu (aparatu USG) do badań położniczo – ginekologicznych, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę endocavitarną do badań ginekologicznych i położniczych bez obrazowania harmonicznego i bez obrazowania w trybie krzyżujących się ultra dźwięków ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów techniczno – użytkowych ultrasonografu (aparatu USG) do badań położniczo – ginekologicznych, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Nadto, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **04.07.2016 r., godz.: 09:30;**
- termin otwarcia ofert: **04.07.2016 r., godz.: 10:00.**

DYREKTOR
Sylwester Bierzanowski

K.O.:

1) WAG – Przetargi a/a.



Poprosz
dl. Bierzanowski