



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

WAG-2375-32-³⁴⁰⁸.....-07/16

Szczecin, dnia 22 lipca 2016 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa kardiomonitörów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Dot. rozdziału IV SIWZ (Wzór umowy).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do okresu 48 godzin ?

Odpowiedź nr 1:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2:

Dot. rozdziału IV SIWZ (Wzór umowy).

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stawiennictwa przedstawiciela serwisu w siedzibie Wykonawcy i uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3:

Dot. pakietu nr 1, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitör o wadze 5kg ?

Odpowiedź nr 3:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8a do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitörów 6 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.


Pytanie nr 4:

Dot. pakietu nr 1, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści obsługę kardiomonitörora poprzez ekran dotykowy oraz przyciski funkcyjne jednak bez pokrętkła ?

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



Pytanie nr 5:

Dot. pakietu nr 1, poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez specjalnego trybu dużych cyfr ?

Odpowiedź nr 5:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6:

Dot. pakietu nr 1, poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami z okresu 24 godzin ?

Odpowiedź nr 6:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8a do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów 6 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 7:

Dot. pakietu nr 1 poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem częstości rytmu serca 20-300 bpm ?

Odpowiedź nr 7:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8a do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów 6 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 8:

Dot. pakietu nr 1, poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru częstości pracy serca 1%/1bpm ?

Odpowiedź nr 8:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8a do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów 6 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 9:

Dot. pakietu nr 1, poz. 15.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyboru wzmocnienia krzywej EKG spośród wartości: 0,5, 1, 2, 4 oraz auto ?

Odpowiedź nr 9:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8a do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 10:

Dot. pakietu nr 1, poz. 20.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru oddechów 5%/5rpm (większa z tych wartości) ?

Odpowiedź nr 10:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11:

Dot. pakietu nr 1, poz. 32.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyboru pomiaru NIBP jako źródło pomiaru pulsu ?

Odpowiedź nr 11:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8a do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów 6 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 12:

Dot. pakietu nr 1, poz. 39.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru temperatury 0,2 °C ?

Odpowiedź nr 12:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8a do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów 6 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 13:

Dot. pakietu nr 1, poz. 62.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w gniazdo USB, które służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych lub do przenoszenia konfiguracji monitora, jednak bez możliwości przenoszenia danych pacjenta ?

Odpowiedź nr 13:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8a do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów 6 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 14:

Dot. pakietu nr 1, poz. 64.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który nie jest kompatybilny z centralą Hypervisor VI ?

Odpowiedź nr 14:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 15:

Dot. pakietu nr 2, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym wymagane pomiary realizowane są dzięki wymiennym modułom ?

Odpowiedź nr 15:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8b do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 16:

Dot. pakietu nr 2, poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez specjalnego trybu dużych cyfr ?

Odpowiedź nr 16:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 17:

Dot. pakietu nr 2, poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem częstości rytmu serca 20-300 bpm ?

Odpowiedź nr 17:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8b do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 18:

Dot. pakietu nr 2, poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru częstości pracy serca 1%/1bpm ?

Odpowiedź nr 18:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8b do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 19:

Dot. pakietu nr 2, poz. 15.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyboru wzmocnienia krzywej EKG spośród wartości: 0,5, 1, 2, 4 oraz auto ?

Odpowiedź nr 19:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8b do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 20:

Dot. pakietu nr 2, poz. 20.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru oddechów 5%/5rpm (większa z tych wartości) ?

Odpowiedź nr 20:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8b do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 21:

Dot. pakietu nr 2, poz. 32.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyboru pomiaru NIBP jako źródło pomiaru pulsu ? Pomiar ten jest wykonywany co jakiś czas, natomiast pomiar pulsu jest pomiarem, który powinien być dokonywany w trybie ciągłym.

Odpowiedź nr 21:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8b do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 22:

Dot. pakietu nr 2, poz. 39.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru temperatury 0,2 °C ?

Odpowiedź nr 22:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8b do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 23:

Dot. pakietu nr 2, poz. 42.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym częstości oddechowej poprzez moduł gazowy 4-80 rpm ?

Odpowiedź nr 23:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 24:

Dot. pakietu nr 2, poz. 43.

Czy Zamawiający uzna możliwość wyciszenia alarmów na 2 lub 5 minut jako tryb intubacji ?

Odpowiedź nr 24:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 25:

Dot. pakietu nr 2, poz. 66.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który nie jest wyposażony w kartę pamięci zapewniającą pamięć krzywych z ostatnich 6 godzin ?

Odpowiedź nr 25:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 26:

Dot. pakietu nr 1, poz. 16.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający analizę arytmii w 15 kategoriach ?

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 27:

Dot. pakietu nr 1, poz. 36.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor nieposiadający funkcji „stazy” ?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 28:

Dot. pakietu nr 1, poz. 53.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla trzech grup pacjentów (dorosły, dziecko noworodek) ?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 29:

Dot. pakietu nr 1, poz. 64.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wraz z obsługującą je nowoczesną centralą w cenie zestawu ?

Odpowiedź nr 29:

Tak.

Pytanie nr 30:

Dot. pakietu nr 2, poz. 16.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający analizę arytmii w 15 kategoriach ?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 31:

Dot. pakietu nr 2, poz. 36.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor nieposiadający funkcji „stazy” ?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 32:

Dot. pakietu nr 2, poz. 43.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nieposiadający funkcji „trybu intubacji” ?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 33:

Dot. pakietu nr 2, poz. 57.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla trzech grup pacjentów (dorosły, dziecko noworodek) ?

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 34:

Dot. pakietu nr 2, poz. 66.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w gniazdo USB do przenoszenia danych pacjenta do komputera ?

Odpowiedź nr 34:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8b do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitora z kapnografią, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **28.07.2016 r., godz.: 09:30;**
- termin otwarcia ofert: **28.07.2016 r., godz.: 10:00.**


DYREKTOR
Sylwester Bierzanowski

K.O.:

1) WAG – Przetargi a/a.


Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Administracyjnych
Iwona Władysław
(767)