



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757  
adres internetowy: [www.spzozmsw.szczecin.pl](http://www.spzozmsw.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmsw.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmsw.szczecin.pl)

WAG-2375-37-<sup>3601</sup>.....-07/16

Szczecin, dnia 05 sierpnia 2016 r.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa monitorów przyściennych dla Oddziału Neurologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści (wg kolejności wpływu):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze 5 kg + akumulator ?

**Odpowiedź nr 1:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy pkt 28 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści monitor, który spełnia wymagania techniczne SPO2, lecz pomiaru saturacji na tej samej kończynie co NIBP nie umożliwia ?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy pkt 32 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści monitor, który mierzy i wyświetla puls podczas pomiaru NIBP, lecz producent nie podaje zakresu tego pomiaru ?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy pkt 36 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji "Staza" ?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.


**Pytanie nr 5:**

Dotyczy pkt 57 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści cicho pracujący monitor z wentylatorem ?

**Odpowiedź nr 5:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.



**Pytanie nr 6:**

Dotyczy pkt 17 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający analizę arytmii w 15 kategoriach ?

**Odpowiedź nr 6:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy pkt 36 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor nieposiadający funkcji „stazy” ?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy pkt 51 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla 3 grup pacjentów (dorosły, dziecko, noworodek) ?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 5 kg ?

**Odpowiedź nr 9:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy pkt 3 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością sterowania przy pomocy ekranu dotykowego oraz przycisków funkcyjnych jednak bez pokrętła nawigacyjnego ?

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy pkt 5 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez specjalnego trybu „dużych znaków” ?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy pkt 6 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zapis trendów z okresu 24h ?

**Odpowiedź nr 12:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy pkt 10 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar częstości rytmu serca w zakresie 20-300 bpm ?

**Odpowiedź nr 13:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy pkt 12 Załącznika nr 8 do SIWZ.



Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor mierzący częstotliwość rytmu serca z dokładnością 1%/1bpm (większa z tych wartości) ?

**Odpowiedź nr 14:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy pkt 16 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający regulację wzmocnienia krzywej EKG spośród wartości x0,5, x1, x2, x4 oraz auto ?

**Odpowiedź nr 15:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy pkt 21 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor mierzący częstotliwość oddechów z dokładnością 5%/5rpm (większa z tych wartości) ?

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy pkt 32 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który nie umożliwia pomiaru pulsu na podstawie pomiaru NIBP ? Pomiar NIBP jest pomiarem wykonywanym co jakiś czas, natomiast pomiar pulsu jest na tyle istotnym parametrem, że powinien być dokonywany w trybie ciągłym.

**Odpowiedź nr 17:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy pkt 39 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru temperatury 0,2 °C ?

**Odpowiedź nr 18:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do okresu 48 godzin ?

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stawiennictwa przedstawiciela serwisu w siedzibie Wykonawcy i uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną ?

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wyznaczony na usunięcie awarii, usterki lub wady urządzenia był wyrażony w dniach roboczych ?

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie monitora pacjenta o masie <5,5 kg bez akumulatora ?

**Odpowiedź nr 22:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie parametrów i wymagań granicznych – kardiomonitorów – 3 szt., stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy pkt 36 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które ze względów bezpieczeństwa nie jest wyposażony w funkcję stazy, przy założeniu dodatkowych mankietów do wykonywania stazy metodą tradycyjną - dominującą w środowisku ?

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 24:**

Czy ze względu na zmieniające się wymogi w zakresie wymaganego wyposażenia stanowisk monitorowania pacjenta w poszczególne opcje pomiarowe, Zamawiający wymaga, aby wszystkie kardiomonitory posiadały możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą krwawą (IBP)?

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Prosimy o wydłużenie terminu w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego do 72 godzin od otrzymania na piśmie, faksem lub mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 5 dni.

**Odpowiedź nr 25:**

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy § 3 ust. 6 lub modyfikację istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki, wady lub nie wywiązania się z obowiązku wymiany urządzenia lub jego elementu na nowy wolny od wad w terminach określonych w niniejszym ustępie, Zamawiający może zlecić usunięcie usterek, wad lub wymianę osobie trzeciej **posiadającej autoryzację producenta** na koszt i ryzyko Wykonawcy” ?

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 9 wzoru umowy na następujący: „W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu wymiana tego elementu na nowy” ?

**Odpowiedź nr 27:**

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin ?

**Odpowiedź nr 28:**

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.



Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej w ww. paragrafie do 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź nr 29:**

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ze wzoru umowy zapisu § 5 ust. 5.

**Odpowiedź nr 30:**

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Prosimy o zmianę naliczania kar umownych od wartości sprzętu którego opóźnienie dotyczy.

**Odpowiedź nr 31:**

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ze wzoru umowy zapisu § 5 ust. 6.

**Odpowiedź nr 32:**

Zamawiający informuje, właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji ?

**Odpowiedź nr 33:**

Zamawiający informuje, że instytucja gwarancji została uregulowana w udostępnionej wcześniej dokumentacji przetargowej. Właściwe zapisy SIWZ zostają podtrzymane przez Zamawiającego.

Nadto, Zamawiający przypomina że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym został przesunięty na dzień: **08 sierpnia 2016 r. do godz.: 09:30**, z kolei otwarcie ofert zgodnie z wcześniejszą modyfikacją SIWZ zostanie przeprowadzone w dniu **08 sierpnia 2016 r. o godz.: 10:00**. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Sylwester Bierzanowski

K.O.:

1) WAG – Przetargi a/a.

