



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spozmsw.szczecin.pl

WAG-2375-14-~~3609~~-07/16

Szczecin, dnia 05 sierpnia 2016 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Pakiet 38, poz. 1, 2.

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zmienia zapis w zakresie pakietu nr 38 w Załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa. Zamawiający żąda wpisania ceny za cały zamawiany asortyment w danym punkcie, a nie jak dotychczas za sztukę zamawianego asortymentu. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 2:

Pakiet 38, poz. 2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG dla dorosłych prostokątnych, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź nr 2:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o ponowne przeliczenie oraz zmniejszenie wartości wadium dla pakietu nr 38. Wartość wadium zrównuje się z wartością pakietu.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że nie zmniejszy wartości wadium dla ww. pakietu. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 4:

§ 1 ust. 5 wzoru umowy.

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych, tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu)? Czy Zamawiający oczekuje rozładania towaru, czy też roznoszenia?



Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ za prawidłowe dostarczenie towaru do Zamawiającego oraz jego rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Właściwe zapisy SIWZ zostają przez Zamawiającego podtrzymane.

Pytanie nr 5:

§ 1 ust. 7 wzoru umowy.

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że nie będzie określał minimalnego zakresu zamówienia.

Pytanie nr 6:

§ 7 ust 1. pkt 1) i ust. 2 wzoru umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy, zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 1. pkt 1) i ust. 2 projektu umowy, zamiast zwrotu „wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy” ?

Odpowiedź nr 6:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w pakiecie 40 poz. 4 dopuści absorbcję wody 4l lub do 1,6l NaCl i inne płyny z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ ?

Odpowiedź nr 7:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2 % na 1 % wartości ceny niedostarczonej partii za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy ? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odpowiedź nr 8:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 44 wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody do resekcji kompatybilnej ze sprzętem firmy Storz w ilości 18 szt. ? Firma Karl Storz sprzedaje ten produkt w wielokrotności 6 szt. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o zmodyfikowanie ilości w załączniku nr 2 dla pakietu nr 44.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego przy zachowaniu cen dla ilości zamawianych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jedynek, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 10:

Pakiecie 21, poz. 2.

Prosimy o dokładne określenie jaki worek dwuczęściowy Zamawiający chce zamawiać: czy ma być to worek zamknięty, czy też otwarty.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający w Pakiecie 21 w pozycji nr 2 zamawia worek otwarty. Nadto, Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie ww. pozycji. Zamawiający zamawia 85 sztuk płytek oraz 85 sztuk worków. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno, a nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z magazynu na Węgrzech, natomiast faktury z biura z Warszawy, co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura

dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego). Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości ?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokument WZ, fakturę prześle do Zamawiającego pocztą w ciągu 48 godzin, a skan umowy prześle na maila podanego przez Zamawiającego po zawarciu umowy.

Pytanie nr 12:

Pakiet 21.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym) ?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje wielokrotność tych opakowań przy zachowaniu cen dla ilości zamawianych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 Igła do biopsji narządów mięsnych kompatybilne do Pistoletu Magnum ?

Odpowiedź nr 13:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 14:

Pakiet nr 27.

Czy Zamawiający oczekuje, iż oferowane przez Wykonawców pojemniki w pakiecie nr 27 będą zgodne z definicją określoną w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych: „art. 2 ust. 1 pkt 39 b) - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro: pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro” ?

Odpowiedź nr 14:

Tak, Zamawiający oczekuje, iż oferowane przez Wykonawców pojemniki w pakiecie nr 27 będą zgodne z definicją określoną w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 15:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu na terytorium RP celem weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ ?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający, zgodnie z zapisami Rozdziału I SIWZ wymaga dołączenia do oferty szczegółowego opisu oferowanych produktów. Dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanych materiałów do użytku szpitalnego Zamawiający żądać będzie jako załącznika do umowy.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega możliwość wezwania wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających do obrotu na terytorium RP celem weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ ?

Odpowiedź nr 16:

Nie. Dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanych materiałów do użytku szpitalnego Zamawiający żądać będzie jako załącznika do umowy.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (Rozdział III pkt 3.6 ppkt 5) ma na myśli dla pakietu 27 (pojemniki) sytuację, w której Wykonawca powinien udokumentować należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy materiałów medycznych w postaci pojemników histopatologicznych o wartości przekraczającej 3 000,00 zł brutto – każda z nich ?

Odpowiedź nr 17:

Tak. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca powinien udokumentować, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku lub

produktów odpowiadających swoim charakterem oferowanym w danym pakiecie przedmiotom. W zakresie Pakietu nr 27 są to materiały medyczne jednorazowego użytku lub zestawy do badań histopatologicznych (pojemniki służące do przechowywania i transportu materiału histopatologicznego do badań) o wartości 3 000,00 zł brutto każda z nich.

Pytanie nr 18:

Pakiet nr 27.

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania oprócz pojemnika 40 ml pojemnik o pojemności 50 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź nr 18:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 19:

Pakiet nr 27.

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania oprócz pojemnika 180 lub 190 ml pojemnik o pojemności 200 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź nr 19:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 20:

Pakiet nr 27.

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania oprócz pojemnika 300 lub 366 ml pojemnik o pojemności 500 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że pojemniki o pojemności 500 ml zamawia w osobnej pozycji przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 21:

Pakiet nr 27.

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania zamiast pojemnika 400 lub 520 ml pojemniki mieszczące się w zakresie pojemności 400 ml - 520 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź nr 21:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 22:

Pakiet nr 27.

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania zamiast pojemnika 500 lub 520 ml pojemniki mieszczące się w zakresie pojemności 500 ml - 520 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź nr 22:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 23:

Pakiet nr 22, poz. nr 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdejmowania szwów pakowanego w opakowanie transportowe a' 108 szt. ?

Odpowiedź nr 23:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 24:

Pakiet nr 22, poz. nr 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zamykania małych ran posiadającego w swoim składzie serwetę w rozmiarze 60 x 50 cm z otworem o średnicy 5 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 24:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 25:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 7 ust. 1 – 2.

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- § 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy;

- § 7 ust. 1 pkt 2) do kwoty 0,2 % wartości opóźnionej części dostawy.

Odpowiedź nr 25:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 26:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 4 ust. 1.

Czy Zamawiający poprzez „badanie ilościowe” miał na myśli rozpakowywanie paczek przy kurierze i sprawdzanie zgodności dostarczonego towaru z wysłanym zamówieniem ?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający każdorazowo badać będzie ilość dostarczonego towaru. Od Wykonawcy zależy, czy jego pracownik będzie uczestniczył w tym badaniu, czy też nie. Nadmienić należy, że Zamawiający, po stwierdzeniu braku ilościowego towaru względem zamówienia i ilości danego towaru podanego na fakturze, zgłaszać będzie reklamacje do Wykonawcy i zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić braki wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej ?

Odpowiedź nr 27:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, przy zachowaniu wszystkich warunków dostawy opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

Pytanie nr 28:

Pakiet nr 9, poz. 2 – 3.

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert ?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 29:

Pakiet nr 17, poz. 1.

Czy Zamawiający wymaga rozmiarów masek XL, L, M, S w zależności od potrzeb ?

Odpowiedź nr 29:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 30:

Pakiet nr 17, poz. 2, 3.

Czy Zamawiający wymaga rozmiarów masek XL i L w zależności od potrzeb ?

Odpowiedź nr 30:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 31:

Pakiet nr 17, poz. 5.

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej pisząc „tlen” zamiast „dren” ?

Odpowiedź nr 31:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 32:

Pakiet nr 17, poz. 1 - 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał wtopionych minimum 6 podłużnych pasków wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu ?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania takiego rozwiązania.

Pytanie nr 33:

Pakiet nr 17, poz. 1 – 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby maska posiadała metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy ?

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania takiego rozwiązania.

Pytanie nr 34:

Pakiet nr 17, poz. 1, 2, 3, 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne ?

Odpowiedź nr 34:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby ww. produkty były sterylne, jednakże mają one spełniać standardy czystości przyjęte dla produktów dopuszczonych do użytkowania w szpitalach.

Pytanie nr 35:

Pakiet nr 20.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji dopuści ostrze chirurgiczne z wygrawerowanym na ostrzu wyłączni numerem (rozmiarem) ostrza ?

Odpowiedź nr 35:

Tak, jednak pozycje, które nie zostaną oznaczone w sposób wskazany przez Zamawiającego muszą znaleźć się w innym miejscu, np. na opakowaniu zbiorczym. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 36:

Pakiet nr 20.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji dopuści ostrza chirurgiczne renomowanego niemieckiego producenta, które swoim wyglądem oraz funkcjonalnością są dokładnie takie, jak wymagane ostrza nr 12, o oznakowane przez producenta jako 12d ?

Odpowiedź nr 36:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 37:

Pakiet nr 17, poz. 2, 3, 4.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2, 3 i 4 do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, w pozycji 1 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa, drenem 9 lub 12 Ch – do wyboru przez Zamawiającego, zaworem jednokierunkowym zabezpieczającym powstanie odmy, w wersji standardowej, zawierający cewnik przezskórny, przewodnik z igłą Veressa, skalpel, strzykawkę 60ml, worek do drenażu o pojemności 2l z kranikiem spustowym, skalpel ?

Odpowiedź nr 38:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego zadania asortymentu opisanego w Pakiecie nr 13 w pozycji 1, tj. zestawu do punkcji opłucnej ?

Odpowiedź nr 39:

Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu ww. pozycji. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego zadania asortymentu opisanego w Pakiecie nr 14 w pozycji 1, tj. zestawu do paracentezy/toracentezy ?

Odpowiedź nr 40:

Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu ww. pozycji. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 8 poz. 1 do odrębnego Pakietu ?

Odpowiedź nr 41:

Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu ww. pozycji. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 42:

Pakiet nr 1.

Zwracamy się zapytaniem, czy w Pakiecie 1, poz. 2 nie nastąpiła omyłka pisarska. Podane ilości kanistrów wielorazowych są nierealnie wysokie w porównaniu do wkładów i uchwytów mocujących, a podaną ilością przez Zamawiającego można by było wyposażać 4 duże szpitale. Kanistry w poz. 2 są wielokrotnego użytku i instaluje je się tylko raz.

Odpowiedź nr 42:

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 43:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 13 poz. nr 2 i poz. 3 do osobnego pakietu, np. Pakietu 13a.

Odpowiedź nr 43:

Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu ww. pozycji. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 44:

Pakiet nr 1.

Z uwagi na długoletnią współpracę z Zamawiającym wnosimy o umożliwienie złożenia w Pakiecie nr 1 poz. 5 oferty na wyroby, które nie są zakwalifikowane przez producenta do grupy wyrobów medycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 u.w.m., lecz są wyposażeniem wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 38 u.w.m. Tym samym do wyrobu mają zastosowanie stosowne regulacje u.w.m., co nie mniej jednak pociąga za sobą skutek podatkowy w postaci konieczności objęcia wyrobu 23% stawką VAT'u. Jednocześnie informujemy, że dla w/w wyrobów nie są wymagane dokumenty dopuszczające.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania takiego rozwiązania.

Pytania nr 45:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 2 ust. 3, § 4 ust. 5.

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia ww zapisów wzoru umowy poprzez dodanie do nich zapisu "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Odpowiedź nr 45:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 46:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 4 ust. 3.

Wnosimy o wykreślenie w/w zapisu (reklamacje jakościowe i ilościowe winny być zgłaszane Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady)

Zapis ten jest sprzeczny z zapisem § 4 ust. 1 który stanowi, iż każdorazowa dostawa zostanie poprzedzona badaniem ilościowym. Zgodnie z tym zapisem wady ilościowe winny zostać wykazane w dacie badania (tj. dostawy).

Odpowiedź nr 46:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 47:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 7 ust. 1.

Zwracamy się z prośbą o zmianę kar umownych z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto oraz w przypadku zwłoki w dostarczeniu poszczególnych partii zamówienia do wysokości 0,2 % wartości ceny tej partii za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź nr 47:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 48:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 8 ust. 1.

Z uwagi na długi okres obowiązywania umowy, wnosimy o modyfikację w/w § na:

Kupującemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku, gdy Sprzedawca:

- 1) opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy przez okres 3 kolejnych dostaw,
- 2) minimum trzy kolejne razy opóźnił się z dostawą partii zamówienia przez okres 5 dni,
- 3) dostarcza towar wadliwy i nie realizuje roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź nr 48:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 49:

Pakiet 8, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą o min. 20% ?

Odpowiedź nr 49:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 50:

Pakiet 8, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml pakowaną a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym ?

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego przy zachowaniu cen dla ilości zamawianych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 51:

Pakiet 8, poz. 2 - 3.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę, gdzie tłok wykonany jest z polietylenu, a cylinder z polipropylenu ?

Odpowiedź nr 51:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 52:

Pakiet 8, poz. 3.

Czy Zamawiający w w/w pozycji oczekuje strzykawkę typu PERFUZOR z poprzecznym nacięciem na tłoku co gwarantuje stabilne mocowanie w pompie ?

Odpowiedź nr 52:

Tak.

Pytanie nr 53:

Pakiet 8, poz. 2 - 3.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu typu strzykawkę nadrukowanego na cylindrze ?

Odpowiedź nr 53:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 54:

Pakiet 8, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Żaneta 100 ml ?

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 55:

Pakiet 8, poz. 7.

Czy Zamawiający w w/w pozycji oczekuje strzykawki typu PERFUZOR z poprzecznym nacięciem na tłoku co gwarantuje stabilne mocowanie w pompie ?

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy zostały zamieszczone we wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 56:

Pakiet 8, poz. 8 - 10.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę, gdzie tłok wykonany jest z polietylenu, a cylinder z polipropylenu ?

Odpowiedź nr 56:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 57:

Pakiet 8, poz. 8 - 10.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu typu strzykawki nadrukowanego na cylindrze ?

Odpowiedź nr 57:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 58:

Pakiet 8, poz. 9 - 10.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą o min. 20% ?

Odpowiedź nr 58:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 59:

Pakiet 9, poz. 1.

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu ?

Odpowiedź nr 59:

Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu ww. pozycji. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 60:

Pakiet 9, poz. 4.

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu ?

Odpowiedź nr 60:

Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu ww. pozycji. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 61:

Pakiet 15, poz. 1 - 2.

7

Czy Zamawiający wymaga, aby zacisk rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala ?

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy zostały zamieszczone we wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 62:

Pakiet 15, poz. 1 – 2.

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z drenem o długości 150 cm ?

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy zostały zamieszczone we wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 63:

Pakiet 15, poz. 1 - 2.

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu ?

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający nie wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym.

Pytanie nr 64:

Pakiet 15, poz. 1 - 2.

Czy Zamawiający wymaga przyrządów wolnych od ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach ?

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający nie wymaga przyrządów wolnych od ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach.

Pytanie nr 65:

Pakiet 15, poz. 1 - 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby zacisk rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala ?

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy zostały zamieszczone we wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 66:

Pakiet 15, poz. 1.

Czy Zamawiający wymaga przyrządu w komorę kroplową min. 45 mm ?

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający nie wymaga przyrządu w komorę kroplową min. 45 mm.

Pytanie nr 67:

Pakiet 15, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu folia. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź nr 67:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 68:

Pakiet 8, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml pakowaną a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym ?

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego przy zachowaniu cen dla ilości zamawianych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednaka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 69:

Pakiet 15, poz. 1 - 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby zacisk rolkowy wyposażony był w pochewkę zabezpieczającą igłę biorczą po użyciu, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy obsługi szpitala ?

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający nie wymaga, aby zacisk rolkowy wyposażony był w pochewkę zabezpieczającą igłę biorczą po użyciu.

Pytanie nr 70:

Czy Zamawiający w obu pozycjach Pakietu 6 ma na myśli te same zestawy infuzyjne do pompy Sapphire, bowiem sety AP402, są to zestawy do PCEA ? Czy nastąpiła może omyłka pisarka i w jednej z pozycji Zamawiający chciałby w jednej pozycji, np. poz. 1 uniwersalny zestaw infuzyjny do pomp Sapphire – nr kat. AP406 ?

Odpowiedź nr 70:

Tak, Zamawiający w obu pozycjach zamawia to samo.

Pytanie nr 71:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 1 ust. 7.

Czy Zamawiający dopisze do Rozdziału IV § 1 ust. 7 zastrzeżenie o następującej treści: „Zamawiający oświadcza, że dokona zakupu min. 80% wartości umowy” ?

Odpowiedź nr 71:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 72:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 6 ust. 3.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji Rozdziału IV § 6 ust. 3 na: „Wynagrodzenie netto ustalone wg ust. 2 ma charakter stały, jest niezmiennie przez czas trwania umowy (...)” ?

Odpowiedź nr 72:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 73:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 6 ust. 7.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu Rozdziału IV § 6 ust. 7 na: „Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności”.

Odpowiedź nr 73:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 74:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 7 ust. 1 pkt 1).

Prosimy o ograniczenie kary umownej określonej w Rozdziale IV § 7 ust. 1 pkt 1) do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź nr 74:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 75:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 7 ust. 1 pkt 2).

Prosimy o ograniczenie kary umownej określonej w Rozdziale IV § 7 ust. 1 pkt 2) do 0,2% wartości ceny partii za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź nr 75:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 76:

Pakiet 3, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające kod barwny na konektorze oraz cyfrowy bezpośrednio na cewniku spełniające pozostałe wymogi SIWZ ?

Odpowiedź nr 76:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 77:

Pakiet 3, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści cewniki foley bez zatyczek, pakowane podwójnie w opakowanie folia/folia ?

Odpowiedź nr 77:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 78:

Pakiet 3, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające dwa otwory drenujące poniżej balonu ?

Odpowiedź nr 78:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 79:

Pakiet 3, poz. 4, 5, 8.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź nr 79:

Nie, Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu ww. pozycji. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 80:

Pakiet 8, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną?

Odpowiedź nr 80:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 81:

Pakiet 8, poz. 2, 3, 7.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nadrukowanym logo producenta na cylindrze oraz nazwą strzykawki na opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź nr 81:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 82:

Pakiet 8, poz. 2, 3, 7, 8, 9, 10.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki, których cylinder wykonany jest z polipropylenu natomiast tłok z polietylenu ?

Odpowiedź nr 82:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 83:

Pakiet 8, poz. 3, 7.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czterostronnym podcięciem tłoka, które tak jak prostopadłe wycięcie ma na celu stabilne umieszczenie strzykawki w pompie ?

Odpowiedź nr 83:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 84:

Pakiet 8, poz. 8, 9, 10.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nadrukowaną nazwą strzykawki na cylindrze oraz nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź nr 84:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 85:

Pakiet 8, poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści kranik z objętością wypełnienia 0,22ml ?

Odpowiedź nr 85:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 86:

Pakiet 8, poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści kraniki ze standardowym przedłużaczem lub o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź nr 86:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 87:

Pakiet 9, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści igłę 25G x 156,5 mm ?

Odpowiedź nr 87:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 88:

Pakiet 15, poz. 1, 2, 3.

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy były pozbawione ftalanów co będzie potwierdzone informacją na każdym pojedynczym opakowaniu przyrządu ?

Odpowiedź nr 88:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby przyrządy były pozbawione ftalanów.

Pytanie nr 89:

Pakiet 15, poz. 3.

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy i worki były pakowane razem w jedno opakowanie jednostkowe ?

Pytanie nr 89:

Zamawiający nie wymaga, ale też nie wyklucza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 90:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta ?

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ za prawidłowe dostarczenie towaru do Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Oczywiście jest, że zamawiany towar należy dostarczyć do Zamawiającego w sposób określony w osobnych przepisach oraz, że zamawiane produkty muszą do Zamawiającego zostać dostarczone w stanie pozwalającym na ich używanie w zakładzie opieki zdrowotnej i być zdatne do wykorzystywania ich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla ludzi. Właściwe zapisy SIWZ zostają przez Zamawiającego podtrzymane.

Pytanie nr 91:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem ?

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ za prawidłowe dostarczenie towaru do Zamawiającego oraz jego rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Właściwe zapisy SIWZ zostają przez Zamawiającego podtrzymane.

Pytanie nr 92:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi ?

Odpowiedź nr 92:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ za prawidłowe dostarczenie towaru do Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Oczywiście jest, że zamawiany towar należy dostarczyć do Zamawiającego w sposób określony w osobnych przepisach oraz, że zamawiane produkty muszą do Zamawiającego zostać dostarczone w stanie pozwalającym na ich używanie w zakładzie opieki zdrowotnej i być zdatne do wykorzystywania ich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla ludzi. Właściwe zapisy SIWZ zostają przez Zamawiającego podtrzymane.

Pytanie nr 93:

Pakiet 9, poz. 1.

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie oferty większej ilości firm i uzyskanie konkurencyjnych cen ?

Odpowiedź nr 93:

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 94:

Pakiet 24.

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 16x26cm ?

Odpowiedź nr 94:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 95:

Pakiet 32, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści stazy w rolce z odcinkami po 45 cm ?

Odpowiedź nr 95:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 96:

Pakiet nr 32, poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści tacki do leków z miejscem na 32 kieliszki w rozmiarze 430x325x60mm ?

Odpowiedź nr 96:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 97:

Zadanie 9, poz. 2.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie w rozmiarze 26G x 88.

Odpowiedź nr 97:

Zamawiający wyraża zgodę. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 98:

Rozdział IV SIWZ – wzór umowy, § 7 ust. 1 pkt 1).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 0,2 % wartości ceny partii zamówienia za każdy dzień opóźnienia niedostarczonego przedmiotu umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy ?

Odpowiedź nr 98:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 99:

Pakiet 19, poz. 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane o obniżonej zawartości pudru, AQL po zapakowaniu $\leq 1,0$, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 38 $\mu\text{g/g}$ rękawicy (badania producenta), mankiet prosty, długość min. 293mm.

Odpowiedź nr 99:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 100:

Pakiet 19, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą poliuretan + silikon, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,22 mm, AQL = 1.0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 30 ug/g rękawicy, mankiety rolowane, opakowanie zewnętrzne foliowe, długość min 290 mm, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków

Odpowiedź nr 100:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 101:

Pakiet 19, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawice diagnostyczne sterylne nitrylowe, niebieskie, grubość na palcach 0,15-0,16mm, z dodatkową teksturą na palcu, AQL 1,0, zgodność z normą EN 455 oznakowana jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. I. Rozmiar S, M, L, pakowane parami w opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowo-papierowe.

Odpowiedź nr 101:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 102:

Pakiet 19, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą poliuretan + silikon, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,209 mm AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiety rolowane, opakowanie zewnętrzne foliowe, długość min 300 mm, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3.

Odpowiedź nr 102:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 103:

Pakiet 1, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści wkład workowy do systemu ssaka próżniowego. Pojemność 1200ml 2000 ml, 3000ml, z hydrofobową zastawką odcinającą w ssanie po napełnieniu wkładu zabezpieczającą przed przepełnieniem i chroniącą urządzenie przed zalaniem. W zestawie membrana przeciwbakteryjna, filtr przeciwbakteryjny o skuteczności 99,99%. Możliwość połączenia minimum 4 pojemników, duży otwór o średnicy 25mm na górnej części pojemnika, do wysypywania proszku żelującego. W zestawie z proszkiem żelującym do wkładu konfekcjonowanym po 20-40g ?

Odpowiedź nr 103:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 104:

Pakiet 1, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści kanistry wielokrotnego użytku w precyzyjną podziałką i łącznikiem kątowym, kompatybilne z wyżej wymienionymi wkładami proponowanymi do pozycji 1 ?

Odpowiedź nr 104:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 105:

Pakiet 1, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do szyny modura kompatybilny z wyżej wymienionymi kanistrami i wkładami proponowanymi do pozycji 1 i 2 ?

Odpowiedź nr 105:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 106:

Pakiet 1, poz. 40.

Czy Zamawiający dopuści łącznik do kanistrów proponowanych w pozycji 2 ?

Odpowiedź nr 106:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 107:

Pakiet 1, poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści dreny łączące z integralnymi złączkami śr. 7,1mm, długości 1800mm oraz 7,1mm x 3000mm ?

Odpowiedź nr 107:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 108:

Pakiet 1, poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści kanyki do odsysania bez kontroli siły ssania 12, 18, 22, 34 CH/Fr z drenem o długości 220mm ?

Odpowiedź nr 108:

Nie. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 109:

Pakiet 38, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG ze zintegrowanym odprowadzeniem celem redukcji zakłóceń przy różach pacjenta, zalecana do długotrwałego EKG i prób wysiłkowych i holterów, ze złączem zastrzykowym o wymiarach 58mm x 51mm ?

Odpowiedź nr 109:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 110:

Pakiet nr 1, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź nr 110:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego przy zachowaniu cen dla ilości zamawianych przez Zamawiającego. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 111:

Pakiet nr 2, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź nr 111:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego przy zachowaniu cen dla ilości zamawianych przez Zamawiającego. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 112:

Pakiet nr 2, poz. 6.

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli Integrator chemiczny klasy 5 ?

Odpowiedź nr 112:

Tak, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli Integrator chemiczny klasy 5.

Pytanie nr 113:

Pakiet 3, poz. 4.

Prosimy o sprecyzowanie, czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał w oryginalnym opakowaniu pierwotnie napełnioną 10% roztworem gliceryny, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 113:

Nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 114:

Pakiet 3, poz.8.

Prosimy o sprecyzowanie, czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do godzinowej zbiórki i pomiaru diurezy godzinowej wyposażonego w bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tak jak w obecnie stosowanym zestawie, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 114:

Nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 115:

Pakiet 4, poz. 1.

Prosimy o sprecyzowanie, czy cewniki Pezzerza mają być sterylizowane radiacyjnie ?

Odpowiedź nr 115:

Tak, cewniki Pezzerza mają być sterylizowane radiacyjnie. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 116:

Pakiet 8, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk dwuczęściowych pakowanych w opakowaniach max po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 116:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego przy zachowaniu cen dla ilości zamawianych przez Zamawiającego. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 117:

Pakiet 8.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk dwuczęściowych pojemności 20ml pakowanych w opakowaniach po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 117:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego przy zachowaniu cen dla ilości zamawianych przez Zamawiającego. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa oferta cenowa, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 118:

Poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk z rozszerzona skalą 50 (60) ml, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 118:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **10.08.2016 r.**, godz.: **09:30**;
- termin otwarcia ofert: **10.08.2016 r.**, godz.: **10:00**.

DYREKTOR
Sylwester Bierzanowski

K.O.:
1) WAG – Przetargi a/a.

W:04