



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

WAG-2375-48-~~...~~-12/16

Szczecin, dnia 09 grudnia 2016 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa myjni dezynfekującej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Dotyczy punktu 7 tabeli parametrów technicznych.

Wnosimy o dopuszczenie myjni o szerokości 680mm, spełniając tym samym pozostałe wymagania, co do wymiarów zewnętrznych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie myjni o wymiarach do 680mm. Nadto Zamawiający informuje, że poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ – Zestawienie parametrów i wymagań granicznych, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 2:

Dotyczy punktu 29 tabeli parametrów technicznych.

Wnosimy o dopuszczenie myjni narzędziowej sterowanej mikroprocesorowo wyposażonej po obu stronach w panel sterujący z przyciskami dotykowymi u ekranem graficzno-tekstowym o przekątnej 3,4 cala.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuści rozwiązanie wskazane przez Zamawiającego, jednocześnie zaznaczając, że nie wymaga dostarczenie tylko takiego produktu. Nadto Zamawiający informuje, że poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ – Zestawienie parametrów i wymagań granicznych, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 3:

Dotyczy punktu 31 tabeli parametrów technicznych

Wnosimy o dopuszczenie myjni, która monitoruje permanentnie temperaturę i pokazuje jej wartość na wyświetlaczu bez wizualizacji w postaci wykresu, co jest zgodne z normą EN 15883-1 oraz EN 15883-2.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuści urządzenie, która monitoruje permanentnie temperaturę i pokazuje jej wartość na wyświetlaczu bez wizualizacji w postaci wykresu. Nadto Zamawiający informuje, że poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ – Zestawienie parametrów i wymagań granicznych, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 4:


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ, poprzez wykazanie drugiej pozycji pt: „Wyposażenie myjni dezynfekującej”?

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 dni od dnia podpisania umowy ?



Odpowiedź nr 5:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 dni od dnia podpisania umowy. Jednocześnie zmieniony zostaje zapis w załączniku nr 7 do SIWZ – Zestawienie parametrów i wymagań granicznych odnośnie roku produkcji urządzenia poprzez wykreślenie roku 2016. Urządzenie ma być wyprodukowane w roku 2017 r.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu na stawienie się serwisu w siedzibie Zamawiającego do 48 godzin oraz na zdalną diagnostykę urządzenia w ciągu 24 godzin ?

Odpowiedź nr 6:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na stawienie się serwisu w siedzibie Zamawiającego do 48 godzin oraz na zdalną diagnostykę urządzenia w ciągu 24 godzin.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty aktualną autoryzację serwisową wystawioną przez producenta oferowanego urządzenia na Wykonawcę ?

Odpowiedź nr 7:

Nie, Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca załączył do oferty aktualną autoryzację serwisową wystawioną przez producenta oferowanego urządzenia.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **14.12.2016 r.**, godz.: **12:15**,

- termin otwarcia ofert: **14.12.2016 r.**, godz.: **12:30**.


DYREKTOR
Sylwester Bierzanowski

