



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: [www.spzozmsw.szczecin.pl](http://www.spzozmsw.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmsw.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmsw.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 23 grudnia 2016 r.

WAG-2375-56-~~8327~~-12/16

### WYJAŚNIENIE NR 1

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa myjni dezynfekującej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka)”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy urządzenia do 45 dni od momentu podpisania umowy?

**Odpowiedź nr 1:**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od dnia podpisania umowy.

**Pytanie nr 2:**

Czy wymiary zewnętrzne urządzenia dotyczące maksymalnej wysokości to 1900 mm?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie myjni o wymiarach do 1900 mm. Nadto Zamawiający informuje, że poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ – Zestawienie parametrów i wymagań granicznych, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z grzałkami o mocy 6 kW zapewniające szybkie i efektywne grzanie?

**Odpowiedź nr 3:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ustawienia temperatury suszenia dla każdego programu indywidualnie, w zakresie co najmniej 50-130 °C?

**Odpowiedź nr 4:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 5:**


Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie z wyświetlaczem 2 liniowym bez graficznego kolorowego wskaźnika postępu cyklu zlokalizowanym poza wyświetlaczem? Wszystkie dane dotyczące cyklu to jest faza temperatura oraz czas do zakończenia wyświetlane jest na wyświetlaczu głównym.

**Odpowiedź nr 5:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie co najmniej 20 programami z możliwością edycji i z 3 dostępnymi bezpośrednio z panelu sterującego, 3 dedykowane przyciski?



**Odpowiedź nr 6:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 7:**

Wnosimy o dopuszczenie myjni z mechanicznym dociskiem drzwi do uszczelki realizowanym automatycznie podczas zamykania drzwi.

**Odpowiedź nr 7:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 8:**

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia bez funkcji przerwania fazy suszenia bez aktywowania błędu urządzenia.

**Odpowiedź nr 8:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 9:**

Wnosimy o dopuszczenie myjni narzędziowej sterowanej mikroprocesorowo wyposażonej po obu stronach w panel sterujący z przyciskami dotykowymi i ekranem graficzno- tekstowym o przekątnej 3,4 cala z informacją o postępie cyklu.

**Odpowiedź nr 9:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 10:**

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością wyboru trzech programów za pomocą trzech różnych przycisków panelu sterującego oraz wyboru pozostałych 17 programów za pomocą jednego przycisku?


**Odpowiedź nr 10:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **30.12.2016 r., godz.: 13:30,**

- termin otwarcia ofert: **30.12.2016 r., godz.: 14:00.**

  
DYREKTOR  
Sylwester Bierzanowski

