



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

Szczecin, dnia 28 grudnia 2016 r.

WAG-2375-56-⁸⁸²⁵.....-12/16

WYJAŚNIENIE NR 3

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa myjni dezynfekującej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka)”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Dot. pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając maksymalnej wysokości 190 mm? Czy Zamawiający miał na myśli wysokość 1.900 mm tj. 190 cm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dokonał poprawki oczywistej omyłki pisarskiej względem ww. zapisu w Wyjaśnieniach nr 1 z dnia 23.12.2016 r. Zamawiający poprawił wysokość myjni na 190cm, pozostałe wymiary, tj. szerokość i głębokość pozostaje bez zmian i są to odpowiednio 650mm i 750mm.

Pytanie nr 2:

Dot. pkt. 21- Ponieważ opisane rozwiązanie (regulacja ilości wody w zależności od wielkości i rodzaju wsadu) nie pozwala na przeprowadzenie poprawnej walidacji procesu mycia i jest ono niezgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1/2 prosimy o odstępnie od wymogu wyposażenia zaoferowanej myjni w opisany w p. 21 SIWZ system regulujący ilość wody.

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3:

Dot. pkt. 27- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w grzałki o mocy 7,5kW? Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji komory nasza myjnia zapewnia doskonale rezultaty mycia i dezynfekcji w krótkim czasie przy jednocześnie niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Odpowiedź nr 3:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 4:


Dot. pkt. 31- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, która posiada możliwość nastawienia temperatury suszenia dla każdego programu w zakresie do 140°C, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Różnica ta nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5:

Dot. pkt. 35- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,5" co jest rozwiązaniem znacznie lepszym niż opisany w SIWZ wyświetlacz dwuwierszowy?



Stwierdzenie bez bólu

Odpowiedź nr 5:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6:

Dot. pkt. 36- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 40 programów mycia i dezynfekcji, która posiada na panelu 3 dedykowane przyciski do szybkiego uruchamiania programów, zaś pozostałe programy uruchamia się za pomocą 2 klawiszy funkcyjnych?

Odpowiedź nr 6:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **04.01.2017 r.**, godz.: **13:30**,
- termin otwarcia ofert: **04.01.2017 r.**, godz.: **14:00**.

DYREKTOR
Sylwester Bierzanowski

Sylwester Bierzanowski
16.1