



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie  
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757  
adres internetowy: [www.spozozmswia.szczecin.pl](http://www.spozozmswia.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spozozmswia.szczecin.pl](mailto:biuro@spozozmswia.szczecin.pl)

WAG-2375-03-<sup>4.07</sup>.....-01/17

Szczecin, dnia 26 stycznia 2017 r.

### WYJAŚNIENIE NR 2

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Usługa dzierżawy trzech myjni endoskopowych pojedynczych wraz z dostawą dedykowanej chemii myjącej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka)”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

#### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy Załącznika nr 5 – zestawienie parametrów i wymagań granicznych, pkt 33.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia środka do mycia endoskopów elastycznych, umożliwiając mycie maszynowe wyposażenia endoskopowego metodą zanurzeniową i ultradźwiękową ?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje że poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów i wymagań granicznych myjni endoskopowych) stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy Załącznika nr 5 – zestawienie parametrów i wymagań granicznych, pkt 31.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urzędzenia zgodnego z normą PN EN ISO 15883 atestowanego dla konkretnego rodzaju środków chemicznych ?

#### **Odpowiedź nr 2:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje że poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów i wymagań granicznych myjni endoskopowych) stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 3:**

Dotyczy Załącznika nr 5 – zestawienie parametrów i wymagań granicznych, pkt 35.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia płynów do mycia manualnego narzędzi i endoskopów ?

#### **Odpowiedź nr 3:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje że poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów i wymagań granicznych myjni endoskopowych) stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy § 6 pkt 1 ppkt 1 umowy.

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy i nada mu brzmienie: „wydzierżawienia i zamontowania myjni, na swój koszt i ryzyko. Instalacja zostanie przygotowana przez Zamawiającego zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczno rozruchową Wykonawcy” ?


#### **Odpowiedź nr 4:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

#### **Pytanie nr 5:**

Dotyczy § 6 pkt 1 ppkt 1 umowy.

Czy Zamawiający odstąpi i wykreśli punkt w całości ?



Handwritten signature or initials in blue ink.

**Odpowiedź nr 5:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy § 9 pkt 5 umowy.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia oświadczeń producenta posiadanych aparatów i pozostanie przy oświadczeniu producenta dostarczanych środków chemicznych ?

**Odpowiedź nr 6:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Rozdział I pkt 4.8 ppkt 2 lit. f SIWZ.

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o potwierdzenie, że mogą być to również dokumenty Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie danych z rejestru wyrobów medycznych zgodnie z zapisami art. 58 ustawy o wyrobach medycznych ?

**Odpowiedź nr 7:**

Tak.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Rozdział I pkt 4.8 ppkt 2 lit. g SIWZ.

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o potwierdzenie, że mogą być to również materiały, ulotki autoryzowanego dystrybutora ?

**Odpowiedź nr 8:**

Tak.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy umowy, Załącznika nr 5 – zestawienie parametrów i wymagań granicznych, Załącznika nr 7 oraz Rozdział I pkt 4.8 ppkt 2 lit. f i rozdział II pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czytnika (endoskan z drukarką), który nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w Rozdziale I pkt 4.8 ppkt 2 lit. f oraz Rozdziale II pkt 1 ppkt 1.2 ?

**Odpowiedź nr 9:**

Tak.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy umowy, SIWZ oraz Załącznika nr 5 – zestawienie parametrów i wymagań granicznych.

Czy z uwagi na fakt, iż dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w pierwszych miesiącach roku 2017, Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego, ale wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 roku ?

**Odpowiedź nr 10:**

Tak.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy § 10 umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy zapisu: „Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy wykonanie umowy nie zaspokaja interesu ekonomicznego Wykonawcy ze względu na liczbę cykli istotnie mniejszą od zadeklarowanych. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy stronom nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane” ?

**Odpowiedź nr 11:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy § 8 ust. 6 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych ?

**Odpowiedź nr 12:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 13:**

Dotyczy § 8 ust. 5 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 48 godzin – termin liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź nr 13:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy § 11 ust. 1 ppkt 1 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 500,00 zł ?

**Odpowiedź nr 14:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy § 11 ust. 1 ppkt 2 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 500,00 zł ?

**Odpowiedź nr 15:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy § 11 ust. 1 ppkt 3 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 20,00 zł ?

**Odpowiedź nr 16:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy § 11 ust. 2 ppkt 1 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 50,00 zł ?

**Odpowiedź nr 17:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy § 11 ust. 2 ppkt 2 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 100,00 zł ?

**Odpowiedź nr 18:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy § 11 ust. 2 ppkt 3 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 100,00 zł ?

**Odpowiedź nr 19:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy § 11 ust. 2 ppkt 4 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 50,00 zł ?

**Odpowiedź nr 20:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy § 11 ust. 2 ppkt 5 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 2 000,00 zł?

4

**Odpowiedź nr 21:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy § 11 ust. 2 pkt 3 umowy.

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu / modułu zastępczego (§ 8 ust. 7 umowy), który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych ?

**Odpowiedź nr 22:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje że poprawiony Rozdział IV - wzór umowy stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy § 14 ust. 2 umowy.

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że „dowodem zawarcia umowy o pracę” może być też wystawione przez Wykonawcę oświadczenie potwierdzające, że osoby zatrudnione, świadczące pracę zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy są zatrudnione na podstawie umów o pracę ?


**Odpowiedź nr 23:**

Tak.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **30.01.2017 r., godz.: 13:30,**

- termin otwarcia ofert: **30.01.2017 r., godz.: 14:00.**

  
DYREKTOR  
Sylwester Bierzanowski