



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

WAG-2375-03-~~502~~01/17

Szczecin, dnia 03 lutego 2017 r.

WYJAŚNIENIE NR 3

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Usługa dzierżawy trzech myjni endoskopowych pojedynczych wraz z dostawą dedykowanej chemii myjącej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka)”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 5 – zestawienie parametrów i wymagań granicznych, pkt 34.

Czy Zamawiający będzie wymagał w ramach zamówienia dostarczania zarówno dezynfektanta, jak i detergentu do oferowanej myjni ?

Odpowiedź nr 1:

Tak.

Pytanie nr 2:

Dotyczy § 6 pkt 1 ppkt 1 wzoru umowy.

Czy Zamawiający przygotowuje niezbędne dla podłączenia myjni instalacje, tj. do każdej myjni gniazdo trójfazowe, ujęcie wody ciepłej / zimnej oraz odpływ do kanalizacji ?

Odpowiedź nr 2:

Tak, Zamawiający przygotowuje przyłącze elektryczne oraz przyłącze wodno – kanalizacyjne według specyfikacji przekazanej przez Wykonawcę. Specyfikacja winna być przekazana w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy. W przypadku braku przekazania specyfikacji przyłączy w ww. terminie, Wykonawca wykona je we własnym zakresie.

Pytanie nr 3:

Dotyczy § 6 pkt 3 wzoru umowy.

Czy Zamawiający dla każdej myjni przygotowuje w miejscu w którym ma stać myjnia: gniazdo elektryczne trójfazowe o napięciu zmiennym 400V zapewniające pobór mocy 6,3kW, przyłącze wody zdatnej do picia zapewniające ciśnienie minimum 5 bar i temperaturze 35°C oraz odpływ ścieków ?

Odpowiedź nr 3:

Tak, Zamawiający przygotowuje przyłącze elektryczne oraz przyłącze wodno – kanalizacyjne według specyfikacji przekazanej przez Wykonawcę. Specyfikacja winna być przekazana w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy. W przypadku braku przekazania specyfikacji przyłączy w ww. terminie, Wykonawca wykona je we własnym zakresie.

Pytanie nr 4:

Dotyczy § 6 pkt 3 wzoru umowy.

Prosimy o szczegółowe opisanie w jaki sposób Zamawiający przygotowuje miejsce do instalacji myjni ?


Odpowiedź nr 4:

Zamawiający przygotowuje przyłącze elektryczne oraz przyłącze wodno – kanalizacyjne według specyfikacji przekazanej przez Wykonawcę. Specyfikacja winna być przekazana w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy. W przypadku braku przekazania specyfikacji przyłączy w ww. terminie, Wykonawca wykona je we własnym zakresie.

Pytanie nr 5:

Dotyczy § 6 pkt 1 ppkt 1 wzoru umowy.

Czy Zamawiający zmodyfikuje Formularz szczegółowej oferty cenowej i wyodrębni pozycje: dzierżawa myjni



szpital bez bólu

(wraz z serwisem), dostawa środków chemicznych ?

Odpowiedź nr 5:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiona SIWZ wraz z załącznikami stanowią załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 6:

Dotyczy § 10 wzoru umowy.

W związku z brakiem we wzorze umowy przepisu szczególnego umożliwiającego rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w przeciwieństwie do umieszczenia we wzorze umowy wielu tego typu możliwości po stronie Zamawiającego, działając w dobrej wierze zachowania wzajemnie satysfakcjonującej współpracy, zwracamy się z prośbą o umieszczenie dodatkowego zapisu w umowie o treści:


„Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy wykonanie umowy nie zaspokaja interesu ekonomicznego Wykonawcy ze względu na ilość cykli poniżej połowy ilości zadeklarowanych przez Zamawiającego w § 4 pkt 1 wzoru umowy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy stronom nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że nie wprowadzi do wzoru umowy stanowiącego Rozdział IV przedmiotowej SIWZ zapisu w kształcie i o treści wskazanej przez Wykonawcę.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **07.02.2017 r.**, godz.: **13:30**,
- termin otwarcia ofert: **07.02.2017 r.**, godz.: **14:00**.


DYREKTOR
Sylwester Djerzanowski

