



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie  
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757  
adres internetowy: [www.spzozmswia.szczecin.pl](http://www.spzozmswia.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmswia.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmswia.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 13 lutego 2017 r.

WAG-2375-05-.....-02/17

### WYJAŚNIENIE NR 1

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego oraz automatycznego analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów i kontroli oraz analizatorów back-up”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

#### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy: Rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.10. oraz Załącznika nr 6 do SIWZ Zestawienia parametrów i wymagań granicznych analizatorów, pkt 24.

Prosimy o wyjaśnienie, czy kalkulując liczbę opakowań Wykonawca powinien uwzględnić liczbę opakowań biorąc pod uwagę zamienne przechowywanie otwartych opakowań na pokładzie analizatora i w lodówce ?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Tak.

#### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy: Rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.14.

Prosimy o wyjaśnienie, czy za spełnienie wymogów opisanych w ppkt 1-4 Zamawiający uzna opisy zawarte w ulotkach metodycznych ?

#### **Odpowiedź nr 2:**

Tak.

#### **Pytanie nr 3:**

Dotyczy: Rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.15 ppkt 3).

Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę analizatora immunochemicznego pomocniczego w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy ?

#### **Odpowiedź nr 3:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.


#### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy: Rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.15 ppkt 11)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizatory pomocnicze, biochemiczny i immunochemiczny nie współpracowały z LSI ?

#### **Odpowiedź nr 4:**

Tak.



**Pytanie nr 5:**

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ Zestawienia parametrów i wymagań granicznych analizatorów, pkt 5. Prosimy o wyjaśnienie, czy przez określenie "swobodny dostęp do badanych prób w trakcie pracy" Zamawiający rozumie możliwość podawania lub odbierania próbek w dowolnym momencie oraz zdolność analizatora do przetwarzania zleceń oznaczeń próbek pacjenta w dowolnej kolejności ?

**Odpowiedź nr 5:**

Tak.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ Zestawienia parametrów i wymagań granicznych analizatorów, pkt 23. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testów, które mają opracowane przez producenta zakresy referencyjne dla dzieci i kobiet w ciąży, które zebrane są w oddzielnej broszurze, do której znajduje się odnośnik w metodyce badań.

**Odpowiedź nr 6:**

Tak.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ Zestawienia parametrów i wymagań granicznych analizatorów, pkt 28. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który spełnia wymóg postawiony przez Zamawiającego dzięki współpracy z LSI.

**Odpowiedź nr 7:**

Tak.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ Zestawienia parametrów i wymagań granicznych analizatorów, pkt 22. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał automatyczne udrażnianie igły po wykryciu skrzepu ?

**Odpowiedź nr 8:**

Tak.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ Zestawienia parametrów i wymagań granicznych analizatorów, pkt 25. Czy przez odczynniki "gotowe do użycia" Zamawiający wymaga, aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały dodatkowych czynności przygotowawczych, np. rozpuszczania, przelewania czy mieszania składników ?

**Odpowiedź nr 9:**

Tak.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ Zestawienia parametrów i wymagań granicznych analizatorów, pkt 29. Prosimy o potwierdzenie, czy przez ww. warunek Zamawiający wymaga, aby dostawianie lub wymiana odczynników odbywała się bez konieczności wprowadzania analizator przez operatora w stan Stand by lub Stop ?

**Odpowiedź nr 10:**

Tak.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy: Załącznika nr 6 do SIWZ Zestawienia parametrów i wymagań granicznych analizatorów, pkt 16. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora wykorzystującego typowo objętość próbki 2-10 µl, jedynie dla dwóch parametrów oznaczanych fotometrycznie objętość ta wynosi 20 i 30µl oraz dla ISE metodą bezpośrednią 97 µl ?

**Odpowiedź nr 11:**

Tak.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy: Rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.15. oraz Rozdziału IV Wzór umowy § 4 pkt 5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy na następujący zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne, okresowe przeglądy urządzeń wraz z ich konserwacją i wymianą części zużywalnych na warunkach określonych przez wyspecjalizowany serwis fabryczny. Ilość przeglądów oraz zakres odbędą się w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Koszt tego przeglądu winien zostać wliczony w cenę oferty.

**Odpowiedź nr 12:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 2 ust. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy, a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia ?

**Odpowiedź nr 13:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 2 ust. 9.

Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej ?

**Odpowiedź nr 14:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 2 ust. 11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych ?

**Odpowiedź nr 15:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 4 ust. 1 pkt 2).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze” ?

**Odpowiedź nr 16:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 4 ust. 1 pkt 3).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy ?

**Odpowiedź nr 17:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 5 ust. 7 i 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury ?

**Odpowiedź nr 18:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 8 ust. 1 pkt 1).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy ?

**Odpowiedź nr 19:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 8 ust. 1 pkt 2) - 4).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” ?

**Odpowiedź nr 20:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej” ?

**Odpowiedź nr 21:**

Nie.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 9 ust. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze ?

**Odpowiedź nr 22:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy: Rozdziału IV Wzór umowy § 13.

Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) - Zamawiający - jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ?

**Odpowiedź nr 23:**

Nie.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji treści SIWZ w przedmiotowy postępowaniu.

Zakres modyfikacji jest następujący: dokonuje się zmiany zapisów Rozdziału II Opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu:

**1.10.** Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania produktów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ w opakowaniach zapewniających ich pełne zużycie w okresie ich przydatności.

- otrzymuje następujące brzmienie:

**1.10. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania produktów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ z terminem ważności min. 4-6 miesięcy na opakowaniu.**

oraz

- fragment o dotychczasowym brzmieniu:

1.11. Przy obliczaniu ceny Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt testów na kontrolę i kalibrację. Zamawiający informuje, że planuje wykonywać dla poszczególnych badań immunochemicznych oznaczenia kontrolne jeden raz na tydzień i na dwóch poziomach.

- otrzymuje następujące brzmienie:

**1.11. Zamawiający informuje, że planuje wykonywać dla poszczególnych badań immunochemicznych i biochemicznych oznaczenia kontrolne jeden raz na tydzień na co najmniej dwóch poziomach dla testów wykonywanych w liczbie 700 i więcej rocznie, a dla testów poniżej 700 rocznie kontrole będą wykonywane wraz z oznaczeniem.**

Ponadto, zmianie ulega termin składania ofert. Zapis Rozdziału I, Działu 9, pkt 9.1 otrzymuje brzmienie:

**Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala), w terminie do dnia 17.02.2017 r. do godz. 11:30. Oferty wniesione po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00.**

Zmianie ulega również termin otwarcia ofert. Zapis Rozdziału I, Dział 12 otrzymuje brzmienie:

**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, w sali Wydziału Administracyjno-Gospodarczego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).**

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona. Treść zmodyfikowanej SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.spzozmsw.szczecin.pl](http://www.spzozmsw.szczecin.pl).

