



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

WAG-2375-06-.....-03/17

Szczecin, dnia marca 2017 r.

WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa fotela do badań ginekologicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do badań ginekologicznych z regulacją pochylenia oparcia pleców w zakresie od -10° do $+65^{\circ}$?

Odpowiedź nr 1:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do badań ginekologicznych z regulacją wysokości siedziska w pozycji fotelowej w zakresie od 650 do 950 mm?

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do badań ginekologicznych z pozycją Trendelenburga wynoszącą 10° ?

Odpowiedź nr 3:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do badań ginekologicznych o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 180kg?

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5:


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do badań ginekologicznych z miską urologiczną ze stali nierdzewnej bez odpływu?

Odpowiedź nr 5:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6:

Czy pod pojęciem „panel obrotowy do podparcia nóg” Zamawiający ma na myśli dodatkowy, dołączony segment leża umożliwiający uzyskanie pozycji stołu zabiegowego?



Odpowiedź nr 6:

Nie. Pod pojęciem „panel obrotowy do podparcia nóg” Zamawiający rozumie podpory nóg pozwalające przyjąć pozycję ginekologiczną.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże należycie wykonane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy foteli o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000,00 zł każda?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający wskazuje, że dla wykazania spełniania warunku udziału w prowadzonym postępowaniu przetargowym, stosownie do właściwych zapisów wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej, wymagane jest wykazanie należytego wykonania lub wykonywania co najmniej dwóch dostaw asortymentu odpowiadającego swoim charakterem sprzętom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż **15 000,00 zł każda**.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel ginekologiczny spełniający następujące parametry (w treści pytania Wykonawca załączył proponowane parametry urządzenia)?

Odpowiedź nr 8:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: **16.03.2017 r., godz.: 13:30,**

- termin otwarcia ofert: **16.03.2017 r., godz.: 14:00.**


DYREKTOR
Sylwester Bierzanowski