



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

WAG-2375-27-¹⁸⁹⁰.....-06/17

Szczecin, dnia 24 lipca 2017 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Ilości wskazane w SIWZ zostały podane orientacyjne i mogą ulec zmianie w granicach do 30% wartości przedmiotu umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego?”

Odpowiedź nr 1:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Reklamacje jakościowe i ilościowe winny być zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni od daty stwierdzenia wady?”

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwych produktów na pozbawione wad w terminie 7 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji?”

Odpowiedź nr 3:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 4:


Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający ma prawo do zakupu danej partii przedmiotu zamówienia u osoby trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia?”

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5:

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 10% na 5%.



Odpowiedź nr 5:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt 1): czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „..., trzykrotnie opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni?”

Pytanie nr 6:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt 3): czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „..., trzykrotnie dostarczą towar wadliwy lub nie realizuje roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi?”

Pytanie nr 7:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8:

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie następującego zapisu: „... zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić?”

Odpowiedź nr 8:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9:

Dotyczy zapisów umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie?”

Odpowiedź nr 9:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio poprawione.

Pytanie nr 10:

Dotyczy warunków umowy § 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze?”

Odpowiedź nr 10:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że nie została wobec niego wszczęta żadna procedura likwidacyjna oraz, że nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Pakietu nr 3., pozycje nr 1-11: czy Zamawiający w pakiecie nr 3, poz. 1-11 dopuści akcesoria o średnicy 2, 3 mm, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź nr 12:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Pakietu nr 6., pozycja nr 1: kapturek ochronny do usuwania ciał obcych, jednorazowy. Opakowanie

handlowe zawiera 10 szt. jm. szt. ilość 1. Czy Zamawiający w w/w pozycji miał na myśli 1 opakowanie 10 szt. czy o 1 sztukę (rozpakowane opakowanie handlowe)?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że tworząc OPZ miał na myśli 1 opakowanie zawierające 10 szt.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Pakietu nr 6., pozycja nr 1: zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź nr 14:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio poprawione.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Pakietu nr 6., pozycja nr 8: czy Zamawiający dopuści: proteza samorozprężalna do drenażu torbieli trzustki, całkowicie pokrywana, usuwalna. Na obu końcach duże kołnierze zapobiegające przemieszczaniu się stentu. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 12 mm / średnica kołnierza 22mm, średnica wewnętrzna 14mm / średnica kołnierza 24 mm lub średnica wewnętrzna 16 mm / średnica kołnierza 26mm do wyboru, długość 2 lub 3 cm. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 10,5 Fr i dł. 180 cm?

Odpowiedź nr 15:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio poprawione.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Pakietu nr 6., pozycja nr 9: czy Zamawiający dopuści: proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem, z atraumatycznymi końcami, z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej, o średnicy 6, 8 lub 10 mm, długości w zakresie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cm (dla każdego rozmiaru). 3 znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG, Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8 Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm, możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania?

Odpowiedź nr 16:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio poprawione.

Pytanie nr 17:

Prosimy o podanie informacji w jakim czasie po zużyciu Zamawiający jest zobowiązany zgłosić ten fakt Wykonawcy (przesłanie druku RWK). Zgodnie z SIWZ kontrolowanie stanu komisum możliwe będzie tylko co kwartał (§ 2 pkt 11 umowy). W SIWZ i umowie określone są tylko terminy uzupełnienia komisum i przewidziane kary za nieterminowe dostawy. Parametrem ocenianym też jest podanie terminu dostaw.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że o zużyciu artykułów komisowych Wykonawcy będą informowani niezwłocznie.

Pytanie nr 18:

Dotyczy Pakietu nr 4., pozycja nr 15: w pakiecie nr 4 w pozycji nr 15 Zamawiający wyspecyfikował asortyment w postaci zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull” w ilości 5 sztuk, zestawy te są pakowane po 2 sztuki w jednym opakowaniu, czy Zamawiający może dokonać zmiany ilości do 4 lub 6 sztuk?

Odpowiedź nr 18:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio poprawione.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Pakietu nr 4., pozycja nr 21: czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie nr 4 w pozycji nr 21 prowadnik endoskopowy w opakowaniu zawierającym 2 sztuki, w pozycji nr 7 igły do ostrzykiwania w opakowaniu 5 sztuk, w pozycji nr 9 pętla do polipektomii w opakowaniu po 5 sztuk oraz w pozycji nr 8 szczytce biopsyjne po 5 sztuk i jednocześnie fakturowanie tych pozycji za otwarte opakowanie. Pozostałe parametry powyższego asortymentu zgodne z SIWZ?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawy prowadnika endoskopowego w opakowaniu zawierającym 2 szt. oraz dostawy igły do ostrzykiwania w opakowaniu zawierającym 5 sztuk, ale nie wyraża zgody na wyfakturowanie tych pozycji tylko po otwarciu ich opakowań. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio poprawione.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Pakietu nr 1., oraz 7.: z uwagi na sposób pakowania narzędzi i akcesoriów w opakowania zbiorcze po 5, 10, 20 i 40 szt. w pakietach 1 i 7, prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie faktury w momencie otwarcia opakowania z terminem płatności 90 dni. Wydłużony termin płatności pozwoli Zamawiającemu na zużycie narzędzi i akcesoriów przed terminem zapłaty za fakturę.

Odpowiedź nr 20:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Pakietu nr 1., pozycja nr 17: czy Zamawiający wymaga zaworów woda / powietrze do aparatów firmy Fujifilm, które są na wyposażeniu pracowni endoskopowej: gastrooskopów serii 600 oraz nowego typu zaworów do kolooskopów serii 760?

Odpowiedź nr 21:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Pakietu nr 1., pozycja nr 18: czy Zamawiający wymaga zaworów ssania do aparatów firmy Fujifilm, które są na wyposażeniu pracowni endoskopowej: gastrooskopów serii 600 oraz nowego typu zaworów do kolooskopów serii 760?

Odpowiedź nr 22:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Pakietu nr 1., pozycja nr 20: czy Zamawiający wymaga butelki na wodę z przyłączem do aparatów firmy Fujifilm, które są na wyposażeniu pracowni endoskopowej: 1 butelka do gastrooskopów serii 600 oraz 1 butelka nowego typu do kolooskopów serii 760?

Odpowiedź nr 23:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 24:

Dotyczy Pakietu nr 1., pozycja nr 21: czy Zamawiający wymaga butelki na wodę z przyłączem do insuflatora do nowego typu aparatów firmy Fujifilm (seria 760), które są na wyposażeniu pracowni endoskopowej?

Odpowiedź nr 24:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Pakietu nr 1., pozycja nr 16 - 21: czy Zamawiający wyłączy do osobnego zadania pkt 16, 17, 18, 19, 20, 21, które są związane z obsługą endoskopów?

Odpowiedź nr 25:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio poprawione.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 10.08.2017 r., godz. 11:30.

- termin otwarcia ofert: 10.08.2017 r., godz. 12:00.

Z-CA DYREKTORA
ds. Medycznych

dr n. med. Beata Gawdis-Wojnar
(485)