



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

WAG-2375-59-~~.....~~-10/17

Szczecin, dnia 27 października 2017 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa artykułów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuszcza:

Poz. 1 Worek pooperacyjny z okienkiem, sterylny, zamykany za pomocą ujścia, worek przezroczysty bez podziałki, rozmiar do docięcia 10-70 mm o pojemności 680 ml oraz 10-100 mm o pojemności 725 ml, worek pakowany pojedynczo, łącznie 5 sztuk w opakowaniu handlowym.

Odpowiedź nr 1: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuszcza:

Poz. 1 worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, dostosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, rozmiar płytki do docięcia 10-55 mm, filtr okrągły

Odpowiedź nr 2: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuszcza:

Poz. 2 worek stomijny, dwuczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, przezroczysty, kompatybilny z płytką o rozmiarze 70 mm.

Odpowiedź nr 3: Tak.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuszcza:

Poz. 2 worek stomijny, dwuczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, beżowy, kompatybilny z płytką o rozmiarze 70 mm.

Odpowiedź nr 4: Tak.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 nr dopuszcza:


Poz. 2 płytka stomijna hydrokoloidowa, rozmiar do docięcia 70/10-65 mm, kompatybilna z workiem, kolor części przyklepionej płytki mleczny z dokładną skalą do wycięcia otworu, kolor płytki kompatybilny z kolorem skóry.

Odpowiedź nr 5: Tak.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktur osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z Magazynu (...) natomiast faktury z biura z (...) co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego). Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, że dopuszcza realizowanie umowy zwartej w rezultacie tego postępowania w ten sposób, że Wykonawca wysłać będzie produkty zamawiane w ramach przedmiotowego zamówienia oraz FV za te dostawy w osobnych przesyłkach pocztowych.



Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się (...) skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź nr 7: Tak.

Pytanie nr 8:

Dot. Pakietu nr 7: Prosimy o sprecyzowanie, czy metalowe końcówki mają posiadać utwardzone wykonane z ABS plastikowe uchwyty ergonomiczne z kontrolą ssania?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, że wszystkie parametry, które są wymagane, zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podane przez Wykonawcę cechy przedmiotu mogą zostać zaoferowane, jeżeli nie są gorsze niż te podane przez Zamawiającego, jednak zaoferowanie ich nie jest wymagane przez Zamawiającego.

Dodatkowo, działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznaczyć nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 03.11.2017 r., godz. 09:30.
- termin otwarcia ofert: 03.11.2017 r., godz. 10:00.

p.o. Dyrektora
SP ZOZ MŚWiA w Szczecinie
Ilona Wanagiel
(69/17)