



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

Szczecin, dnia 08 listopada 2017 r.

WAG-2375-50-1049-10/17

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: Dotyczy Pakietu nr 10.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zaferowania kompresów jałowych sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych pozostałymi dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań. Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego. Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE. Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy, czy w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu. Pragniemy również zwiększyć konkurencyjność ofert.

Odpowiedź nr 1:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 1 opatrunek o wymiarach 8cm x 10cm, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź nr 2:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 2 opatrunek o wymiarach 7cm x 5cm, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź nr 3:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 w pozycji 4 kompresy w opakowaniu a'3 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców,



a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 4:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że Wykonawca zobligowany jest odpowiednio przeliczyć ilości zawarte w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 5: Pakiet nr 18 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej przeznaczony na okolicę krzyżową o wymiarze 23cm x 23cm? Taki rozmiar nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego, a tak niewielka różnica rozmiaru nie ma wpływu na jakość stosowania oraz przeznaczenie opatrunku.

Odpowiedź nr 5:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 21 poz. 3, dopuści złożenie oferty z paskami do zbliżania brzegów ran o wymiarach 12mm x 100mm, spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7: Pakiet 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o szerokości 12cm?

Odpowiedź nr 7:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8 poz.: 1, 2, 3, 4) przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych Wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź nr 8:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 1, 2, 3, 4) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z uPZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego Wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź nr 9:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 1, 2, 3, 4) pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego

w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z uPZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego Wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 1, 2, 3, 4) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariery boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 12: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 1, 2, 3, 4) pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 13: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 1) pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 80cm?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 14: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 2) pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 110cm?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 15: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 3) pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 140cm?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 4) pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 160cm?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 17: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 4) złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź nr 17: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 18: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 1) pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 1700g?

Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 19: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 2) pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 20: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 3) pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 21: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 4) pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 22: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 8, poz.: 1, 2, 3, 4) pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny.

Odpowiedź nr 22:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 23: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku samoprzylepnego, przezroczystego, jałowego foli poliuretanowej, do mocowania cewników z ramka i metka do oznaczania w rozmiarze 9cm x 11cm.

Odpowiedź nr 23:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 24: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego Pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 24:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 25: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku samoprzylepnego, przezroczystego, jałowego foli z ramką i metką z dodatkowymi paskami do mocowania kaniuli z wcięciem, posiadający zaokrąglone brzegi, przezroczysta folia umożliwi kontrolę miejsca wkłucia, przepuszczalny dla pary wodnej w rozmiarze 7cm x 9cm.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 26: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku samoprzylepnego, przezroczystego, jałowego foli, wzmocniony włókniną do mocowania cewników z ramka i metka do oznaczania z wcięciem posiadającym zaokrąglone brzegi, przezroczysta folia umożliwi kontrolę miejsca wkłucia, przepuszczalny dla pary wodnej w rozmiarze 9cm x 11cm.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 27: Dotyczy Pakietu nr 13, poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na palce o szerokości 1,2cm - 1,5cm, długość w stanie roboczym 25m?

Odpowiedź nr 27:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 28: Dotyczy Pakietu nr 13, poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na małe części kończyny (kilka palców, dłoń, stopa) o szerokości 2,4cm - 2,9cm, długość w stanie roboczym 25m?

Odpowiedź nr 28: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 29: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na kończyny (ramię, kończyna dolna, małe głowy) o szerokości 3,8cm - 4,6cm, długość w stanie roboczym 25m?

Odpowiedź nr 29:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 30: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na duże głowy i niewielkie tułowia o szerokości 6,5cm - 7,5cm, długość w stanie roboczym 25m?

Odpowiedź nr 30:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 31: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na duże tułowia, biodra, pachwiny o szerokości 8,6cm - 9,6cm, długość w stanie roboczym 25m?

Odpowiedź nr 31:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 32: Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3 - 5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek gipsowych o czasie wiązania do 6 minut, pakowanych pojedynczo z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr 32:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 33: Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów pakowanych a'3 sztuki z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr 33:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że Wykonawca zobligowany jest odpowiednio przeliczyć ilości zawarte w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 34: Dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o wykreślenie zapisu § 6 ust. 8 projektu umowy.

Odpowiedź nr 34:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 35: Dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź nr 35:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 36: Dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o zmianę § 9 ust. 3 pkt 1) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź nr 36:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 37: Dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 9 ust. 3 pkt 4) o następującej treści: „cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”

Odpowiedź nr 37:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 38: Dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o wykreślenie zapisu § 9 ust. 5 projektu umowy.

Odpowiedź nr 38:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 39: Dotyczy Pakietu nr 4.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, poz. 1 dopuści rozmiar 8cm x 10cm z zachowaniem reszty SIWZ?

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 40: Dotyczy Pakietu nr 4.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, poz. 2 dopuści rozmiar 7cm x 5cm z zachowaniem reszty SIWZ?

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 41: Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3 - 5.

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1 sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 41:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że Wykonawca zobligowany jest odpowiednio przeliczyć ilości zawarte w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 42: Dotyczy Pakietu 3, poz. 3 - 5.

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5 - 6 minut?

Odpowiedź nr 42:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 43: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1 - 2.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego Pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 43:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 44: Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny w rozmiarze 10cm x 20cm lub 20cm x 20cm?

Odpowiedź nr 44:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 45: Dotyczy Pakietu nr 27.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7cm x 7,1cm?

Odpowiedź nr 45:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 46: Dotyczy Pakietu nr 27.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z dwustopniową metodą aplikacji?

Odpowiedź nr 46:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 47: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1 - 5.

Czy Zamawiający wymaga wyceny elastycznej siatki opatrunkowej w stanie swobodnym, czy w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź nr 47:

Tak, Zamawiający wymaga wyceny elastycznej siatki opatrunkowej w stanie swobodnym.

Pytanie nr 48: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości przed rozciągnięciem 6,5cm?

Odpowiedź nr 48:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 49: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 4 i 5.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości przed rozciągnięciem 8,5cm?

Odpowiedź nr 49:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 50: Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku siatkowego zgodnego z SIWZ, jednakże w rozmiarze 10cm x 20cm lub 20cm x 20cm?

Odpowiedź nr 50:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 51: Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku siatkowego zgodnego z SIWZ, jednakże w rozmiarze 18cm x 18cm lub 22cm x 22cm?

Odpowiedź nr 51:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 52: Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego zgodnego z SIWZ, jednakże w rozmiarze 11cm x 11cm?

Odpowiedź nr 52:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 53: Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków włókninowych zgodnych z SIWZ, jednakże w rozmiarze 12mm x 101mm?

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 1, 3 i 4 wymaga potwierdzenia bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek, która stanowi dla pacjenta ochronę przed wirusami?

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21, poz. 1 wymaga, aby włókninowe paski były wzmacniane jedwabną nitką, przez co stanowią mocniejsze zabezpieczenie ran?

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 22, poz. 2, aby skład preparatu był z dodatkiem plastycyzera, który zapewnia niepekającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny?

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 57: Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1, 2.

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 57:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że Wykonawca zobligowany jest odpowiednio przeliczyć ilości zawarte w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 58: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek od jednego producenta?

Odpowiedź nr 58:

Nie. Zamawiający zastrzega jednak, że rozmiary zaoferowanych pieluchomajtek w poszczególnych pozycjach w przypadku różnych producentów nie mogą się wzajemnie pokrywać w zakresie rozmiarów.

Pytanie nr 59: Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3 i 4.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany Wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie.

Odpowiedź nr 59:

Tak.

Pytanie nr 60: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga numeru katalogowego, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować produkt i zapewnia, że przez cały okres trwania umowy dostawca będzie zobowiązany dostarczać ten sam produkt, o stałej jakości, zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu asortymentowym?

Odpowiedź nr 60:

Tak.

Pytanie nr 61: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy należy zaoferować wyrób posiadający podwójne elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 62: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Odpowiedź nr 62:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 63: Dotyczy Pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających wewnętrzne falbanki skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom?

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 64: Dotyczy Pakietu nr 8.

W związku z tym, że Zamawiający nie określił istotnego parametru, jakim jest zakres obwodów dla poszczególnych rozmiarów pieluchomajtek, czy Zamawiający mógłby określić wymagany zakres obwodów? Najczęściej występują następujące minimalne obwody: dla rozmiaru S: 55-80cm, M: 75-110cm, L: 100-150cm, XL: 130-170cm? Należy również wskazać, że graniczne wartości między rozmiarami winny na siebie zachodzić w celu większej elastyczności w doborze właściwej wielkości do ciała pacjenta.

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 65: Dotyczy Pakietu nr 8.

W związku z tym, że Zamawiający nie określił istotnego parametru, jakim jest chłonność dla poszczególnych rozmiarów pieluchomajtek, czy Zamawiający mógłby określić wymaganą chłonność?

Najczęściej występują następujące minimalne chłonności to: dla rozmiaru S: 1600 ml, M: 2300 ml, L: 2600 ml, XL: 2600 ml.

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 66: Dotyczy Pakietu nr 10.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów zarejestrowanych w klasie II a Reguła 7?

Odpowiedź nr 66:

Tak.

Pytanie nr 67: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową na dłoń, palec dł. 10 m bez rozciągania?

Odpowiedź nr 67:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 68: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć dł. 10m bez rozciągania?

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 69: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na głowa, ramię, podudzie, kolano dł. 10m bez rozciągania?

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 70: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na biodro, brzuch dł. 10m bez rozciągania?

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 71: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na klatkę piersiowa, brzuch dł. 10m bez rozciągania?

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 72: Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści jałowy kompres chłonny o wymiarach 10 x 20 pakowany A'2?

Odpowiedź nr 72:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 73: Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści jałowy kompres chłonny o wymiarach 15 x 20 pakowany A'2?

Odpowiedź nr 73:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że Wykonawca zobligowany jest odpowiednio przeliczyć ilości zawarte w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 74: Dotyczy Pakietu nr 23.

W związku z tym, że Zamawiający nie określił istotnego parametru, jakim jest chłonność podkładu. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładu o chłonności 1600 ml?

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 75: Dotyczy Pakietu nr 25, poz. 1 i 4.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej z gazy wstępnie pranej?

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 76: Dotyczy Pakietu nr 25, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź nr 76:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 77: Dotyczy Pakietu nr 25, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm?

Odpowiedź nr 77:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 78: Dotyczy projektu umowy.

Zważywszy na treść § 1 ust. 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość produktów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenia uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 79: Dotyczy projektu umowy.

Jak należy rozumieć wyrażenie „na koszt i ryzyko Wykonawcy” w § 4 ust. 5 wzoru umowy? Czy chodzi o obciążenie Wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą (tak jak przewiduje to § 2 ust. 3 wzoru umowy)?

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zwrot należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku nie usunięcia wad w terminie umownym Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zakupu danej partii zamówienia.

Pytanie nr 80: Dotyczy projektu umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „10% łącznej szacunkowej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2” zostało zastąpione wyrażeniem „10% łącznej niezrealizowanej wartości umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 80:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 81: Dotyczy projektu umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 2) oraz w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź nr 81:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 82: Dotyczy projektu umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy został dodany ust. 3 o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy nastąpiło wezwanie do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź nr 82:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 83: Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1, 3, 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego posiadającego kanciaste brzegi (zamiast zaokrąglonych), spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 83:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 84: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2 - 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14cm, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź nr 84:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że Wykonawca zobligowany jest odpowiednio przeliczyć ilości zawarte w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 85: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3 - 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku, całkowicie foliowego, niewzmocnionego włókniną. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 85:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 86: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 1,5cm – 2,5cm.

Odpowiedź nr 86:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 87: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 5cm – 6,5cm.

Odpowiedź nr 87:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 88: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 7cm – 9,5cm.

Odpowiedź nr 88:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 89: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 10cm – 13,5cm.

Odpowiedź nr 89:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 90: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości 13,5cm – 16cm.

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 91: Dotyczy Pakietu nr 17, poz. 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek był wzmocniony przesykami, co przekłada się na większą chłonność i zabezpiecza opatrunek przed rozerwaniem?

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 92: Dotyczy Pakietu nr 17, poz. 2.

Czy Zamawiający oczekuje, aby opatrunek oprócz jonów srebra zawierał chlorek benzotoinowy i kwas wersenowy mające bezpośrednio działanie antybiofilmowe?

Odpowiedź nr 92:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 93: Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków włókninowych konfekcjonowanych w opakowanie jednostkowe po 6 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź nr 93:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 94: Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków włókninowych w rozmiarze 12mm x 100mm.

Odpowiedź nr 94:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 95: Dotyczy Pakietu nr 28, poz. 2.

Prosimy o sprecyzowanie, czy żel ma być sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź nr 95:

Zamawiający informuje, że produkt oferowany przez Wykonawcę w jego ofercie przetargowej powinien odpowiadać wymaganiom wyartykułowanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 96: Dotyczy Pakietu nr 28, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel do cewnikowania ma być pozbawiony parabenów m. in. Methyl Hydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami alergennymi?

Odpowiedź nr 96:

Zamawiający informuje, że produkt oferowany przez Wykonawcę w jego ofercie przetargowej powinien odpowiadać wymaganiom wyartykułowanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 97: Dotyczy Pakietu nr 29, poz.1 - 4.

Czy Zamawiający oczekuje, aby opatrunek był dwuwarstwowy i składał się z warstwy kontaktowej hydrowłóknistej w technologii hydrofiber oraz warstwy pianki poliuretanowej, co zapewnia większe właściwości chłonne oraz samoprzylepne silikonowe obramowanie.

Odpowiedź nr 97:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 98: Dotyczy Pakietu nr 30, poz. 1 - 2.

Czy Zamawiający oczekuje, aby opatrunek był dwuwarstwowy i składał się z warstwy kontaktowej hydrowłóknistej w technologii hydrofiber oraz warstwy pianki poliuretanowej, co zapewnia większe właściwości chłonne.

Odpowiedź nr 98:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza się nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 24.11.2017 r., godz. 11:30.
- termin otwarcia ofert: 24.11.2017 r., godz. 12:00.

p.o. Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Ilona Wanagiel
(69/17)