



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: [www.spzozmsw.szczecin.pl](http://www.spzozmsw.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmsw.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmsw.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 4 stycznia 2018 r.

WAG-2375-78-12/2017

### WYJAŚNIENIE NR 1

**Dotyczy: zapytania ofertowego, pn.: „Dostawa różnych narzędzi chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania o następującej treści (wg kolejności wpływu):

**Pytanie nr 1: Dot. załącznika nr 3a, poz. 21 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Czy Zamawiający w poz. nr 21, dopuści nożyczki tępo-ostre o dł. 16,5 cm oprócz 16,00 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 2: Dot. załącznika nr 3c, poz. 1 (narzędzia chirurgiczne dla Poradni Chirurgicznej w Przychodni)**

Czy Zamawiający może sprecyzować jakiej długości wymaga nożyczki.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający doprecyzowuje długość nożyczek do zakresu 16 - 18 cm.

**Pytanie nr 3:**

**Dot. załącznika nr 3a, poz. 2 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kulociąg dł. 28cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 4:**

**Dot. załącznika nr 3a, poz. 3 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kulociąg dł. 25cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 5:**

**Dot. załącznika nr 3a, poz. 6 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka 23x11mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 6:**

**Dot. załącznika nr 3a, poz. 7 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka 25x14mm, lub 30x14mm pozostałe parametry bez zmian.


**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 7:**

**Dot. załącznika nr 3b, poz. 2 (narzędzia chirurgiczne dla OaiT)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.



**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 8: Dot. załącznika nr 3a, poz. 3 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Prosimy o dopuszczenie kulociągu o dł. 250 mm.

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 9: Dot. załącznika nr 3a, poz. 4 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Prosimy o dopuszczenie łyżki o wym. 5x9 mm (podane przez Zamawiającego wymiary są opisane odwrotnie -9x5 mm).

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 10: Dot. załącznika nr 3a, poz. 5 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Prosimy o dopuszczenie łyżki o wym. 7x14 mm (podane przez Zamawiającego wymiary są opisane odwrotnie -14x7 mm).

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 11: Dot. załącznika nr 3a, poz. 6 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Prosimy o dopuszczenie łyżki o wym. 11x22 mm (podane przez Zamawiającego wymiary są opisane odwrotnie - 22x11 mm).

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 12: Dot. załącznika nr 3a, poz. 7 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Prosimy o dopuszczenie łyżki o wym. 14x28 mm (podane przez Zamawiającego wymiary są opisane odwrotnie - 28x14 mm).

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 13: Dot. załącznika nr 3a, poz. 18 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Prosimy o dopuszczenie nożyczek bez dodatkowej zielonej powłoki, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego. Ceramiczna czerniona powłoka na nożyczkach oferowanych przez naszą firmę stanowi wystarczającą ochroną przed żrącymi środkami chemicznymi oraz korozją w procesie sterylizacji, znacznie wydłużając cykl życia narzędzia.

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 14: Dot. załącznika nr 3a, poz. 19 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczyków prostych czy odgiętych.

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga zaoferowania kleszczyków prostych.

**Pytanie nr 15: Dot. załącznika nr 3a, poz. 2 (narzędzia chirurgiczne dla Oddziału Ginekologii)**

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek prostych czy odgiętych. Prosimy o dopuszczenie długości 165 mm.

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga zaoferowania nożyczek prostych.

**Pytanie nr 16: Dot. załącznika nr 3b, poz. 1 (narzędzia chirurgiczne dla OAiT)**

Prosimy o dopuszczenie nożyczek bez dodatkowej zielonej powłoki, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego. Ceramiczna czerniona powłoka na nożyczkach oferowanych przez naszą firmę stanowi

wystarczającą ochroną przed żrącymi środkami chemicznymi oraz korozją w procesie sterylizacji, znacznie wydłużając cykl życia narzędzia.

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17: Dot. załącznika nr 3c, poz. 1 (narzędzia chirurgiczne dla Poradni Chirurgicznej w Przychodni)**

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 140 lub 180 mm.

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 18: Dot. załącznika nr 3c, poz. 2 (narzędzia chirurgiczne dla Poradni Chirurgicznej w Przychodni)**

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek prostych czy odgiętych. Prosimy o dopuszczenie długości 165 mm.

**Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 19: Dot. załącznika nr 3d, poz. 2 (narzędzia chirurgiczne dla Domu Seniora „Jasne Błonia”)**

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczyków prostych czy odgiętych.

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga zaoferowania kleszczyków prostych.

**Pytanie nr 20: Dot. załącznika nr 3d, poz. 3 (narzędzia chirurgiczne dla Domu Seniora „Jasne Błonia”)**

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 140 lub 180 mm.

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 21: Dot. załącznika nr 3d, poz. 4 (narzędzia chirurgiczne dla Domu Seniora „Jasne Błonia”)**

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek prostych czy odgiętych. Prosimy o dopuszczenie długości 165 mm.

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga zaoferowania nożyczek prostych, nadto Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 22: Dot. załącznika nr 3d, poz. 5 (narzędzia chirurgiczne dla Domu Seniora „Jasne Błonia”)**

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 140 lub 180 mm.

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zostają podtrzymane.

Dodatkowo wyznacza się nowy, następujący termin składania ofert:

- termin składania ofert: 05.01.2018 r., godz. 14:00.

Kierownik  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
*Magdalena Sojka-Szostak*  
(79/17)

ZŁOŻA KIEROWNIK  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
ds. zamówień publicznych  
*Piotr Rydzek*  
(141/16)

