



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmswia.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl

WAG-2375-49-~~3532~~³⁵³²-08/18

Szczecin, dnia 07 września 2018 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), pn.: „Dostawa monitora medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka)”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: Dot. § 1 ust. 1 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Wykonawca sprzedaje, a własność przechodzi na Zamawiającego w momencie uiszczenia należności zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 2”?

Odpowiedź nr 1:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: Dot. § 3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Gwarancja obejmuje: czas i koszty dojazdu serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do wykonywania zabiegów. **Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń / napraw, które stanowią efekt eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi**”?

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: Dot. § 3 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy.


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie **72 godzin** roboczych od otrzymania na piśmie, bądź faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie **5 dni roboczych** od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”?

Odpowiedź nr 3:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 4: Dot. § 3 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy). Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować”?



Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5: Dot. § 3 ust. 1 pkt 8) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń w czasie do 6 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia – w ciągu wyżej wymienionych 6 dni roboczych – na czas naprawy – urządzenia zamiennego, o co najmniej zbliżonych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat”?

Odpowiedź nr 5:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6: Dot. § 3 ust. 1 pkt 10) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w ust. 8) jest on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści Zamawiającego, o ile przestój trwał powyżej 6 dni roboczych”?

Odpowiedź nr 6:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7: Dot. § 3 ust. 1 pkt 11) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany aparatury na nową w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech napraw tego samego istotnego elementu / podzespołu dostarczonego przedmiotu umowy. Wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji”?

Odpowiedź nr 7:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8: Dot. § 3 ust. 1 pkt 12) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu dostępności części zamiennych do 8 lat?

Odpowiedź nr 8:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9: Dot. § 3 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum trzyletnią obsługę serwisową po upływie okresu udzielonej gwarancji na mocy odrębnie zawartej umowy serwisowej”?

Odpowiedź nr 9:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: Dot. § 3 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Strony ustalają, że z tytułu świadczenia obsługi serwisowej po upływie okresu gwarancji będzie przysługiwać Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł (słownie złotych:) brutto. Podane wynagrodzenie uwzględnia: czas, koszty dojazdu i zakwaterowania, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzeń. Przedmiotowe wynagrodzenie należne będzie Wykonawca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od momentu otrzymania faktury VAT, za dany miesiąc. Okres rozliczeniowy dla niniejszej umowy stanowi 1 miesiąc. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za dany / przyjęty okres na koniec danego miesiąca (ostatniego dnia roboczego).

Odpowiedź nr 10:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: Dot. § 3 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych wraz z konserwacją urządzenia wykonanych w ramach opłaty ryczałtowej”.

Odpowiedź nr 11:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 12: Dot. § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź nr 12:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 13: Dot. § 5 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 3) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1% na 0,05%?

Odpowiedź nr 13:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 14: Dot. § 5 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2 000 zł na 500 zł?

Odpowiedź nr 14:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 15: Dot. § 5 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 500 zł na 200 zł?

Odpowiedź nr 15:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 16: Dot. § 5 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1% na 0,05%?

Odpowiedź nr 16:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 17: Dot. § 6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: „Wykonawca opóźnia się w dostawie przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni roboczych, po wcześniejszym wezwaniu do realizacji umowy”?

Odpowiedź nr 17:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 18: Dot. pkt 2) Załącznika nr 1 do SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu:

„ - okres gwarancji udzielonej na aparaturę: m-cy,

- koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej, tj. cenę ryczałtową w zakresie świadczenia jednej pogwarancyjnej usługi serwisowej, która będzie obowiązywać przez okres 3 lat po upływie okresu gwarancji w kwocie: zł netto / zł brutto miesięcznie”.

Odpowiedź nr 18:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 19:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający informuje, iż nie została wobec niego wszczęta żadna procedura likwidacyjna oraz, że nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 20: Dot. pkt 5) Załącznika nr 7 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści monitor 32 calowy o jasności 350 cd/m²?

Odpowiedź nr 20:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 21: Dot. pkt 7) Załącznika nr 7 do SIWZ.

Czy Zamawiający w pkt 7 określa współczynnik kontrastu jako wartość minimalną? Oferowany przez nas monitor 32 calowy charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 3000:1.

Odpowiedź nr 21:

Określony przez Zamawiającego w pkt 7 załącznika nr 7 do SIWZ współczynnik kontrastu ma charakter wymogu minimalnego w zakresie tegoż parametru technicznego zamawianego monitora medycznego.

Pytanie nr 22: Dot. pkt 8) Załącznika nr 7 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści monitor z jednym wejściem s-video?

Odpowiedź nr 22:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

