



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmswia.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl

Szczecin, dnia 11 września 2018 r.

WAG-2375-54-...09/18

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), pn.: „Dostawę nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

- 1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 6 ust. 2;
- 2) opóźnienia w dostarczeniu poszczególnej partii zamówienia w wysokości 0,5 % wartości ceny brutto tej partii, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu partii zamówienia;
- 3) opóźnienia w rozpatrzeniu zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej partii zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii zamówienia;
- 4) opóźnienia w uzupełnieniu reklamowanej partii zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej partii zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii zamówienia.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.


Pytanie nr 3: dot. Pakietu nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnienia, odnośnie ogólnej treści opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2, tj. cyt.: „Nić syntetyczna, niewchłaniałna, monofilamentowa, niepowlekana, poliamidowa, nić syntetyczna, niewchłaniałna, pleciona, poliamidowa, powlekana silikonem, kolor czarny”, w następującej kwestii: prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i wskazanie (podanie), w których pozycjach Pakietu nr 2 Zamawiający oczekuje nici poliamidowych, monofilamentowych, niepowlekanych, a w których pozycjach oczekuje złożenia oferty na nici poliamidowe, plecione, powlekane silikonem, w kolorze czarnym?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, w poz. nr 1 i nr 2 oraz w poz. od nr 4 do nr 15 wymaga zaoferowania: nici poliamidowe, monofilamentowe, niepowlekane, natomiast w poz. nr 3 wymaga zaoferowania: nici poliamidowe, plecione, powlekane silikonem, w kolorze czarnym.

Pytanie nr 4: dot. Pakietu nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnienia, odnośnie ogólnej treści opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 4, tj. cyt.: „Nić syntetyczna, niewchłaniałna, niepowlekana, wykonana z polipropylenu



i polietylenu, nić syntetyczna, niewchłaniałna, niepowlekana, wykonana z polipropylenu", w następującej kwestii: prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i wskazanie (podanie), w których pozycjach Pakietu nr 4 Zamawiający oczekuje zaofiarowania nici wykonanych z polipropylenu i polietylenu, a w których pozycjach oczekuje złożenia oferty na nici wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, że w poz. od nr 1 do nr 5 oraz w poz. od nr 7 do nr 13 wymaga złożenia oferty na nici wykonane z polipropylenu i polietylenu, natomiast w poz. nr 6 Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici wykonane z polipropylenu.

Pytanie nr 5: dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 22 - 29 do osobnego Pakietu?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6: dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7: dot. Pakietu nr 1 poz. 1 - 25

Czy Zamawiający dopuści nić o powleczeniu w równych częściach mieszaniną glikolidu i laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia i zdolności podtrzymywania tkankowego po 21 dniach ok. 50%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8: dot. Pakietu nr 1, poz. 26 - 27

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniałną, plecioną, syntetyczną, bezbarwną, wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o sile podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok. 65%, po 8-11 dniach ok. 50%, czas wchłaniania zgodny z SIWZ?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9: dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point bez katalogowego określenia „mikrograwerowana”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: dot. Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego Pakietu?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.


Pytanie nr 12: dot. Pakietu nr 3, poz. 1 - 15

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniałną w czasie 180-210 dni, syntetyczną, niepowlekaną, monofilamentową, z polidoksanonu, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź nr 12: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 13: dot. Pakietu nr 3, poz. 16 - 19

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniałną w czasie 90-120 dni, syntetyczną, niepowlekaną, monofilamentową, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%?



Odpowiedź nr 13: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 14: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wydzieli poz. 6 do osobnego Pakietu?

Odpowiedź nr 14: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 14.09.2018 r., godz. 10:30.
- termin otwarcia ofert: 14.09.2018 r., godz. 11:00.

Kierownik
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Andrzej Krzysztof Macek
(09/18)

