



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

Szczecin, dnia 25 września 2018 r.

WAG-2375-56-.....³⁷⁵⁸-09/18

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), pn.: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji przyzywowej w Oddziale Chirurgii i w Oddziale Ginekologii dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka III)”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

W rozdziale 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w podpunkcie 3.1 Zamawiający wskazuje sposób wykonania okablowania jako podtynkowy („wykucie bruzd w ścianach w celu ułożenia okablowania”, „zaszpachlowanie wykutych bruzd po ułożeniu okablowania”, „odmalowanie ścian i sufitów w zakresie wykonywanych prac”).

Proponujemy mniej inwazyjne wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. zmianę sposobu wykonania okablowania na natynkowy. Czy Zamawiający dopuści mniej inwazyjny sposób wykonania okablowania niezbędnego do działania systemu przywoławczego, np. układanie kabli natynkowo w korytkach?

Odpowiedź nr 1:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Zamawiający wymaga manipulatora gruszkowego, ze złączem odpornym na uszkodzenie. Czy Zamawiający dopuści manipulator gruszkowy ze złączem typu „Jack” lub „RJ”?

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Zamawiający wymaga systemu z rozproszoną topologią. Czy Zamawiający dopuści system scentralizowany, tj. którego poprawność działania (działanie) opiera się na pojedynczym serwerze/centrali?

Odpowiedź nr 3:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.




Pytanie nr 4: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Zamawiający wymaga systemu z rozproszoną topologią. Czy Zamawiający dopuści system zdecentralizowany, gdzie węzłami są terminale, mogące podłączyć do 10 oddziałów?

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń



Handwritten signature

Czy Zamawiający dopuści lampki sygnalizacyjne, w którym za dany kolor będzie odpowiadało dokładnie jedno źródło? Proponujemy system, w którym dla zwiększenia bezpieczeństwa, dla każdego z zastosowanych kolorów przewidziano więcej niż jedną jednocześnie świecącą diodę.

Odpowiedź nr 5:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Czy Zamawiający dopuści lampki sygnalizacyjne, w których są na stałe przypisane stany do kolorów świecenia, np. wezwanie z łóżka to zawsze kolor czerwony, obecność personelu zielony itd., czy wymaga możliwości dowolnego zaprogramowania lampki?

Odpowiedź nr 6:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Czy Zamawiający oczekuje systemu z komunikacją głosową? Jeśli nie, to czy Zamawiający bierze taką rozbudowę pod uwagę w przyszłości i należy wziąć to pod uwagę w ramach tego postępowania?

Odpowiedź nr 7:

Nie. Zamawiający na etapie realizacji nie wymaga komunikacji głosowej, ale system musi posiadać możliwość uruchomienia komunikacji głosowej bez wymiany jakichkolwiek wcześniej zainstalowanych elementów. Nadto, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Czy Zamawiający ma jakieś wymagania co do zasilania systemu przywoławczego?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że wymaga zasilania 24V DC lub POE.

Pytanie nr 9: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Zamawiający wymaga przycisków „z możliwością dowolnego konfigurowania funkcji przycisków w zakresie generowanego zdarzenia”. Czy Zamawiający dopuści moduł przywoławczo kasujący z zaprogramowaną częścią przycisków i tylko jednym programowalnym?

Odpowiedź nr 9:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Zamawiający wymaga „7) przycisk pociągowy – łazienkowy, szczelność min. IP44”. Czy Zamawiający dopuści moduł łazienkowy z IP niższym niż IP44, ale z dodatkowym przyciskiem przywoławczym?

Odpowiedź nr 10:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Czy Zamawiający dopuści przycisk pociągowy – łazienkowy z linką krótszą niż 2 m?

Odpowiedź nr 11:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 12: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Czy Zamawiający wymaga podświetlanych przycisków w modułach oraz sygnalizacji zadziałania przycisków?

Odpowiedź nr 12:

Tak.

Pytanie nr 13: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Czy Zamawiający dopuści manipulator gruszkowy na kablu krótszym niż 2,5 m?

Odpowiedź nr 13:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 14: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Czy zamawiający dopuści przycisk pociągany-łazienkowy niezabezpieczony przed uszkodzeniem w razie silnego pociągnięcia?

Odpowiedź nr 14:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 15: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Zamawiający wymaga przycisków przywoławczo – kasujących z 3 przyciskami. Czy Zamawiający dopuści moduł z dwoma przyciskami?

Odpowiedź nr 15:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 16: dotyczy rozdziału 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 3.3 – wymagania dotyczące urządzeń

Zamawiający wymaga przycisku przywoławczo – kasującego z wyświetlaczem (jako centralka lekarska). Czy Centralka lekarska powinna mieć również funkcję przewijania zdarzeń z dedykowanymi do tego przyciskami?

Odpowiedź nr 16:

Tak, Zamawiający wymaga. Nadto, Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 01.10.2018 r., godz. 11:30.

- termin otwarcia ofert: 01.10.2018 r., godz. 12:00.

Kierownik
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Andrzej Krzysztof Macek
(09/18)

