



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmswia.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl

Szczecin, dnia 15 października 2018 r.

WAG-2375-62-3880-10/18

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), pn.: „Dostawa dwóch respiratorów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 21.

Czy Zamawiający uzna jako odpowiednik unikalną automatyczną funkcja SBT stworzoną w odpowiedzi na ustalenia Międzynarodowej Konferencji dotyczącej odzwyczajania (International Consensus Conference on weaning - held in Budapest), na którym ustalono, że najczęściej stosowaną procedurą odzwyczajania jest próba oddechu spontanicznego, oraz że protokoły odzwyczajania stosujące codzienne monitorowanie pacjenta wraz z zastosowaniem prób SBT skracają czas do ekstubacji, zmniejszają ilość tracheostomii oraz zmniejszają ryzyko ponownej intubacji? Automatyczna funkcja SBT pozwala pacjentowi oddychać w sposób spontaniczny przez z góry narzucony czas próby, pozwala na monitorowanie parametrów i trendów SBT, ustawia parametry odzwyczajania specyficzne dla danej próby, przekroczenie których spowoduje automatyczne zakończenie próby i bezpośrednie przejście do ustawień poprzedniego, kontrolowanego trybu wentylacji.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 22.

Czy Zamawiający dopuści respirator bez tej funkcji?

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 23.



Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez wentylacji typu MMV, ale z analogiczną do niej funkcją ustawiania minimalnej ilości oddechowej dla CPAP oraz NIV, która to funkcja wymusza minimalną częstość oddechów pacjenta? Określanie minimalnej ilości oddechów pozwala na automatyczne przechodzenie z wentylacji spontanicznej do wentylacji kontrolowanej przy przekroczeniu ustawionej przez użytkownika minimalnej ilości oddechów wymaganych. Oczywiście ta funkcja działa również w drugą stronę, pacjent może zacząć oddychać spontanicznie i automatyczne oddechy kontrolowane przestaną być dostarczane.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 4: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 25.

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator nie posiadający funkcji automatycznych westchnień?



Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 26.

Czy Zamawiający miał na myśli ilość oddechów na minutę?

Odpowiedź nr 5:

Tak.

Pytanie nr 6: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 29.

Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację ciśnienia wspomaganie w zakresie 0-60 cmH₂O?

Odpowiedź nr 6:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 30.

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia PEEP w zakresie: wyłączony, 1-50 cm H₂O?

Odpowiedź nr 7:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 31.

Czy Zamawiający dopuści regulowany czas wdechu 0,25 do 15 sekund?

Odpowiedź nr 8:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 32.

Czy Zamawiający dopuści mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny?

Odpowiedź nr 9:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 33.

Czy Zamawiający dopuści respirator z wyzwalaniem oddechu z czułością przepływową w zakresie 1-9 l/min?

Odpowiedź nr 10:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 48.

Czy Zamawiający dopuści respirator bez tej funkcji?

Odpowiedź nr 11:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 12: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 59.

Czy Zamawiający dopuści respirator bez opisanej funkcji?

Odpowiedź nr 12:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 13: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 72.

Czy Zamawiający dopuści respirator bez opisanej funkcji, ale wyposażony w alternatywne rozwiązanie ułatwiające użytkownikowi dokonywanie nastawień oraz odczytywanie komunikatów alarmowych?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 14: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 73.

Czy Zamawiający dopuści respirator bez tej funkcji?

Odpowiedź nr 14:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 15: Dot. załącznika nr 7 do SIWZ, pkt 74.

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w funkcję PEEP Inview umożliwiającą optymalny dobór ciśnienia PEEP dla danego pacjenta?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 16: Dot. rozdziału II, działu 1. pkt 10.5) SIWZ.

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź nr 16:

Wobec niesprecyzowania przez Wykonawcę charakteru awarii, usterki lub wady, która miałaby być poddana serwisowi realizowanemu w sposób zdalny, Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie.

Pytanie nr 17: Dot. rozdziału II, działu 1. pkt 10.5) - 6) SIWZ.

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie stosownych zmian treści rozdziału II działu 1. pkt 10.5) – 6) oraz we wzorzec umowy.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały zmodyfikowane w zakresie maksymalnego czasu usunięcia awarii, usterki lub wady w ten sposób, że okres ten został wydłużony do 96 godzin od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Nadto, Zamawiający wskazuje, że okres usunięcia awarii, usterki lub wady wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy został doprecyzowany w opublikowanej uprzednio dokumentacji przetargowej w dokładnie takim wymiarze, który został wskazany przez Wykonawcę w treści jego pytania, tj. 10 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie dostarczonego urządzenia.

Pytanie nr 18: Dot. rozdziału II, działu 1. pkt 10.7) SIWZ.

Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w rozdziale II dziale 1. pkt 10.7. SIWZ Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, przeprowadzonej w ten sposób naprawy lub zmianę treści tego punktu na następujący:

7) „w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w ppkt 5) lub ppkt 6) bądź niestawienia na oględziny w terminie określonym w ppkt 5) Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy.”.

Odpowiedź nr 18:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 19: Dot. rozdziału II, działu 1. pkt 10.8) SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego dotyczył napraw trwających dłużej niż 10 dni roboczych?

Odpowiedź nr 19:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 20: Dot. rozdziału II, działu 1. pkt 10.11) SIWZ.

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części / modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części / modułów.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Nadto, Zamawiający wskazuje, że zapis wyartykułowany w treści rozdziału II działu 1. pkt 10.11) SIWZ oraz w § 3 ust. 1 pkt 11) wzoru umowy będzie miał zastosowanie tylko w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu (części) przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21: Dot. rozdziału II, działu 1. pkt 11.3) SIWZ.

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w treści rozdziału II działu 1. pkt 11.3) oraz we wzorze umowy.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały zmodyfikowane w zakresie maksymalnego czasu usunięcia awarii, usterki lub wady w ten sposób, że okres ten został wydłużony do 96 godzin od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Nadto, Zamawiający wskazuje, że okres usunięcia awarii, usterki lub wady wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy został doprecyzowany w opublikowanej uprzednio dokumentacji przetargowej w dokładnie takim wymiarze, który został wskazany przez Wykonawcę w treści jego pytania, tj. 10 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie dostarczonego urządzenia.

