



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel. (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757  
adres internetowy: [www.spzozmswia.szczecin.pl](http://www.spzozmswia.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmswia.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmswia.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 03 stycznia 2019 r.

WTG-2375-80-.....-12/18

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka)”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

**Pytanie nr 1: dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć częściową ofertę na pozycje 1,2,3,4,6,7 i dopuści:

Poz 1.

Specjalistyczna pętla do resekcji płaskich zmian o wymiarach 24 mm. Śr. narzędzia 2,3 mm, długość robocza 230 cm.

Poz 2.

Pętla o śr. 10 mm do poliektomii na zimno. Nie wymaga diatermii. Śr. narzędzia 2,3 mm, długość robocza 230 cm.

Poz 3

Proteza samorozprężalna, nitinolowa do drenażu torbieli trzustki lub pęcherzyka żółciowego, usuwalna. Dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy 3 cm, średnica 16 mm. Znaczniki widoczne w RTG na zestawie i na protezie. Zestaw do wprowadzania o parametrach: średnica maksymalna 10,5 Fr / dł. max. 180 cm.

Poz 4

Proteza do dróg żółciowych i trzustkowych, usuwalna, samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze jednolitej siatki nitinolowej pokrywana silikonem. Stent usuwalny dzięki lassu na końcu proksymalnym. Rozszerzone końce stentu i jego nieregularny kształt zapobiegają migracji i uciskom na otaczające tkanki. Rozmiary stentu: średnica 10 mm, długości 4 - 8 cm. Znaczniki platynowe na obu końcach widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max. 10 Fr, długość zestawu 180 cm.

Proteza samorozprężalna do drenażu torbieli trzustki, całkowicie pokrywana, usuwalna. Na obu końcach duże kołnierze zapobiegające przemieszczaniu się stentu. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 12 mm / średnica kołnierza 22 mm, średnica wewnętrzna 14 mm / średnica kołnierza 24 mm lub średnica wewnętrzna 16 mm / średnica kołnierza 26 mm - do wyboru, długość 2 cm lub 3 cm. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 10,5 Fr i dł. 180 cm.

Poz 6

Proteza samorozprężalna do drenażu torbieli trzustki, całkowicie pokrywana, usuwalna. Na obu końcach duże kołnierze zapobiegające przemieszczaniu się stentu. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 16 mm / średnica kołnierza 26 mm - do wyboru, długość 2 cm lub 3 cm. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 10,5 Fr i dł. 180 cm.”.

**Odpowiedź nr 1:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

DYREKTOR  
  
Paweł Bakun