

Ogłoszenie nr 550035541-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Szczecin: Usługa modernizacji gastroskopu ultradźwiękowego znajdującego się na wyposażeniu Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 81073345400000, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914329500, e-mail biuro@spozmswia.szczecin.pl, faks 914329501.

Adres strony internetowej (url): www.spozmswia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa modernizacji gastrokopu ultradźwiękowego znajdującego się na wyposażeniu Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Numer referencyjny 7/2019.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):*

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: usługa modernizacji gastrokopu ultradźwiękowego znajdującego się na wyposażeniu Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, tj.: gastrokop ultradźwiękowy model: EG-3870UK, numer seryjny: H121416, producent: PENTAX, rok produkcji: 2015. Zakres zamówienia obejmuje: 1) gastrokop ultradźwiękowy model: EG-3870UK, numer seryjny: H121416: - wymianę tabliczki znamionowej (1 szt.), - wymianę tuby wziernikowej (1 szt.), - wymianę gniazda kanału elewatora (1 szt.), - wymianę uszczelki 1,78 x 12,42 (1 szt.), - wymianę osłony światłowodowej USG (1 szt.), - wymianę łącznika przewodu USG (1 szt.), - wymianę uszczelki 1,78 x 8,4 (1 szt.), - wymianę uszczelki (1 szt.), - wymianę gumy stożkowej (1 szt.), - wymianę kanału operacyjnego (1 szt.), - wymianę naklejki „WARNING” (1 szt.), - wymianę linki sterującej prawo / lewo (1 szt.), - wymianę uszczelki 2 x 5 (2 szt.), - wymianę uszczelki 1,9 x 8 (1 szt.), - wymianę uszczelki 1 x 1,5 (2 szt.), - wymianę gumy osłonowej (1 szt.), - wymianę linki sterującej góra / dół (1 szt.), - wymianę naklejki (2 szt.), - wymianę kanału woda / powietrze (2 szt.), - wymianę linki segmentu (4 szt.), - wymianę

naklejki (1 szt.), - wymianę linki elewatora (1 szt.), - wymianę osłony światłowodu (1 szt.), - materiały pomocnicze (1 szt.). Usługa modernizacji świadczona będzie w siedzibie serwisu Wykonawcy.

II.5) Główny Kod CPV: 50400000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i lit. b) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów (jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia), jak ma miejsce w tym konkretnym stanie faktycznym.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Varimed sp. z o.o., , ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442, Wrocław, kraj/woj.

dolnośląskie