



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 08 kwietnia 2019 r.

WTG-2375-13-.....-04/19

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Dostawa odczynników hematologicznych oraz materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i analizatora pomocniczego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora głównego nie starszego niż 2015 r. oraz analizatora pomocniczego nie starszego niż 2009 r.

Odpowiedź nr 1:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt 16

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie aparatów z oprogramowaniem w języku angielskim posiadającym menu z czytelnymi symbolami graficznymi oraz pełną instrukcją obsługi analizatora w języku polskim.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt 17

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody by ważność dostarczanych odczynników była nie krótsza niż 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 3:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że zmodyfikowany został załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 4: dot. Załącznik nr 7 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5: dot. Rozdział IV – Wzór umowy §4 ust.1 pkt 2)


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu serwisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6: dot. Rozdział IV – Wzór umowy §5 ust.11

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:



[Handwritten signature]

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7: dot. Rozdział IV – Wzór umowy §8 ust.1 pkt 1)

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §5 ust. 5.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8: dot. Rozdział IV – Wzór umowy §8 ust.1 pkt 2), 3), 4) oraz §8 ust.4

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9: dot. Rozdział IV – Wzór umowy §9

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: dot. Rozdział IV – Wzór umowy §11 ust.2 pkt 1)

Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: dot. Rozdział IV – Wzór umowy

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany został Rozdział IV SIWZ - wzór umowy, poprzez jego uzupełnienie o „wzór umowy II - dot. powierzenia przetwarzania danych”.

Pytanie nr 12: dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt. 5

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w którym maksymalna objętość próbki w trybie podajnikowym dla CBC oraz CBC+DIFF wynosi 80 µL.

Uzasadnienie:

Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia konieczność wykonywania oznaczeń z bardzo małych objętości próbek krwi, co jest całkowicie zrozumiałe ze względu na występujące próbki pediatryczne. Maksymalna objętość próbki w trybie podajnikowym analizatora, który chcemy zaoferować wynosi 80 µL, co w praktyce stanowi mniej niż 2 krople krwi, a najczęściej używane systemy pobrań krwi od noworodków posiadają antykoagulant wymagający objętości zaaspirowanej krwi do 200 µL. Dodatkowo, oferowany analizator posiada możliwość wykonania analizy z próbki w trybie wstępnego rozcieńczenia, w którym wykorzystywane jest wyłącznie 20 µl krwi oraz manualny tryb pracy OV-WB z otwartą probówką (np. krew kapilarna), w którym objętość aspirowanej próbki wynosi 35 µl.


Odpowiedź nr 12:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 12.04.2019 r., godz. 09:30.

- termin otwarcia ofert: 12.04.2019 r., godz. 10:00.

D Y R E K T O R

Paweł Bakun
