



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

**OGŁOSZENIE  
O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 uPZP**

**ZAMAWIAJĄCY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MSWiA W SZCZECINIE  
UL. JAGIELLOŃSKA 44  
70-382 SZCZECIN**

**zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych zawiadamia, iż w dniu 04.12.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie  
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„Dostawę płuczki - dezynfektora dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”,  
nr postępowania 53/2019.**

**Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:**

Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17

65-410 Zielona Góra

Cena: 28 944,00 zł brutto

Okres gwarancji udzielonej na aparaturę: 36 m-cy

Koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej: 676,50 zł

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania

W postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	<b>ArjoHuntleigh Polska sp. z o.o.</b> ul. Ks. Wawrzyniaka 2 62-052 Komorniki
2	<b>Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.</b> ul. Fabryczna 17 65-410 Zielona Góra

Punktacja oferty, w poszczególnych kryteriach przedstawia się następująco:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Okres gwarancji udzielonej na aparaturę	Koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej	Razem
-----------	-----------	------	---	--	-------



1	<b>ArjoHuntleigh Polska sp. z o.o.</b> <b>ul. Ks. Wawrzyniaka 2</b> <b>62-052 Komorniki</b>	<b>oferta odrzucona</b>			
2	<b>Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.</b> <b>ul. Fabryczna 17</b> <b>65-410 Zielona Góra</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2) uPZP.

Zamawiający odrzuca ofertę:

Wykonawcy ArjoHuntleigh Polska sp. z o.o., ul. Ks. Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał złożenia oferty na płuczko – dezynfektor posiadający m.in.:

- 1) maksymalne zużycie wody na cykl: 26 l (zgodnie z odpowiedziami udzielanymi na pytania Wykonawców w treści pisma z dnia 05.11.2019 r. - dot. pytania nr 22),
- 2) 3 programy, w tym jeden sporobójczy, o potwierdzonej w kierunku spełnienia normy EN13697 skuteczności (zgodnie z odpowiedziami udzielanymi na pytania Wykonawców w treści pisma z dnia 05.11.2019 r. - dot. pytania nr 23),
- 3) obrotowy kosz umożliwiający automatyczne opróżnianie basenu (zgodnie z odpowiedziami udzielanymi na pytania Wykonawców w treści pisma z dnia 05.11.2019 r. - dot. pytania nr 25),
- 4) możliwość załadunku basenów w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory (zgodnie z odpowiedziami udzielanymi na pytania Wykonawców w treści pisma z dnia 05.11.2019 r. - dot. pytania nr 26).

W odpowiedzi na wezwanie nr WTG-2375-53-2956-10/2019 z dn. 13 listopada 2019 r. Wykonawca złożył szczegółowy opis oferowanych produktów wraz z podaniem dokładnej charakterystyki materiałów oraz sprzętu potwierdzający, że zaoferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (...) zgodnie z rozdziałem I pkt 4.8. ppkt 2 lit. f) SIWZ.

W trakcie weryfikacji oferty Wykonawcy w zakresie jej zgodności z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w trakcie badania załącznika nr 7 do SIWZ (tj. zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanej płuczki – dezynfektora) oraz z odpowiedziami na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców ubiegających się o udzielenie im tego zamówienia wyartykułowanymi w treści pisma z dnia 5 listopada 2019 r., Zamawiający nie znalazł potwierdzenia dla wyżej opisanych wymagań w zaoferowanym przez Wykonawcę sprzęcie.

Pismem z dnia 28 listopada 2019 r., Zamawiający wezwał Wykonawcę ArjoHuntleigh Polska sp. z o.o., ul. Ks. Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki, do wyjaśnienia, czy zaoferowany sprzęt jest zgodny z ww. wymogami Zamawiającego. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca złożył wyjaśnienia, w treści których to jednak nie potwierdził, że zaoferowany płuczko - dezynfektor spełnia powyższe wymagania.

Wobec powyższego, wypełnione zostały przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Szczecin, dnia 04.12.2019 r.

*v. v. p. Anucki*