



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 11 lutego 2020 r.

WTG-2375-4-.....-01/20

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Dostawę płynów i sprzętu do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWIA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 Oczekuje zaofiarowania jednorazowego kolca spike do wielokrotnego pobierania i dostrzykiwania leków kompatybilnego z butelkami KabiPac o wielkości filtra cząstek stałych 5 mikrometrów i wielkości filtra bakteryjnego wielkości 3 mikrometry bez lateksu, PVC i DEHP?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: dot. Pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do utrzymania drożności dostępów naczyniowych w postaci ampulkostrzykawkę gotowych do użycia. Zestaw zawiera dwie ampulko-strzykawki z cytrynianem o stężeniu 46,7% i pojemności 3 ml w strzykawce 5ml. Łączna pojemność zestawu 6ml. Pakowane aseptycznie. Gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka. Możliwość użycia w jałowym polu. Opakowanie papier-foolia.

Odpowiedź nr 2:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: dot. Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



Pytanie nr 4: dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwichnięciu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR oraz 14 FR długościach:

dla pozycji 1 – 12 Fr długość 15 cm

dla pozycji 2 – 12 Fr długość 20 cm

dla pozycji 3 – 12 Fr długość 25 cm



dla pozycji 4 – 14 Fr długość 17 cm

dla pozycji 5 – 14 Fr długość 20 cm

dla pozycji 5 – 14 Fr długość 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji?

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5: dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający, wyłączy z pakietu nr 1 pozycje: 3, 4, 5, 6 i 14 tworząc osobny podpakiet 1b lub dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie nr 1, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców i tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów jakościowych?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie zaoferowanie w postępowaniu płynów dializacyjnych w pełni kompatybilnych z zabiegiem wykonywanym z wykorzystaniem aparatu Mulifiltrate firmy Fresenius, które od wielu lat są dystrybuowane przez naszą firmę do wiodących ośrodków dializacyjnych w kraju.

Odpowiedź nr 5:

Nie.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 14.02.2020 r., godz. 11:30.

- termin otwarcia ofert: 14.02.2020 r., godz. 12:00.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień

Grazyna Tucholska